

## ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 51894

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на трифазен измерител и калибратор”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единични цени и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок / срок на годност;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 19.07.2023 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg), като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 26.07.2023 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев - Гл. експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: [HPatchev@npp.bg](mailto:HPatchev@npp.bg)

Приложения:

1. Техническа спецификация - 1 стр.

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
за доставка на Калибратор трифазен

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Производител
1.		Калибратор трифазен	<p>Трифазен измерител и калибратор. Клас на точност 0.1 или по-добър. Измервани величини: напрежение (0,05-600V); ток (0,01-120A); честота (40-70Hz); фазова разлика(-180<sup>o</sup>÷+180<sup>o</sup>)</p> <p>Задавани величини: напрежение (20-600V); ток (0,02-120A); честота (45-65Hz); фазова разлика(-180<sup>o</sup>÷+180<sup>o</sup>)</p> <p>Допълнителни аксесоари: Софтуер за връзка с компютър през USB със съответните кабели; Силови кабели до 120A и крайници; Разширителен комплект кабелни крайници.</p>	Бр.	1		