



Т Е Л Е Ф А К С	
ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “Доставка на оборудван реанимобил”	ОТ: КОСТАДИН ДИМИТРОВ
	ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
	НАШ № 5131
	ДАТА: 12.07.06
	ВАШ №
БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 2	

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения предмет. Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС № 1: “В предварителното обявление е фиксиран срок на доставка 3 месеца, а в документацията и прилежащия договор няма фиксиран срок(в договора полето е оставено празно). Това означава ли, че ние трябва да предложим срок за изпълнение? Предложеният в обявлението срок обхваща срока за производство на автомобилната част и е крайно недостатъчен за медицинското дооборудване. Общ срок за доставка е 6-8 месеца”:

ОТГОВОР въпрос № 1:

Посоченият в Обявлението срок не обхваща производство на автомобилната част. Този срок е указан в т.2.10. на Техническото задание , а именно, че автомобилът трябва да е с дата на производство не по-рано от една година от датата на сключване на договора за доставката му. Фиксираният срок от 3 месеца е максималния срок за доставка, като кандидата може да посочи в проекта на договора и по-кратки срокове.

ВЪПРОС № 2: “В Техническото задание т.4.2.5 “Механичен вентилатор – преносим” – какво представлява този вентилатор и как се предвижда да се използва? Има ли друго наименование (вкл. на английски или немски)?

ОТГОВОР въпрос № 2:

Това е апарат за поддържане на дишането на хора с дихателна недостатъчност – т.нар. командно дишане (асетиращо дишане).

ВЪПРОС № 3: “В документацията не са посочени изискванията за специална звукова и светлинна сигнализация, която да указва специалния режим на движение на реанимобиля. Трябва ли реанимобилът да е оборудван с такава?”

ОТГОВОР въпрос № 3:

Реанимобилът следва да е оборудван със светлинна и звукова сигнализация (стандартно за оборудване на санитарни автомобили).

ВЪПРОС № 4: “В техническото задание не е конкретизиран цвят на реанимобиля. Има ли специални изисквания към цвета му?”

ОТГОВОР въпрос № 4:


Няма специални изисквания за цвета на реанимобила – както е по стандарт (обикновено бяло-оранжево, бяло-червено).

ВЪПРОС № 5: “Необходимо ли е реанимобилът да е обозначен със специално лого и надписи?”

ОТГОВОР въпрос № 5:

Единственото необходимо обозначение е “Липейка”.

ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЯ “И и Ф”:



КОСТАДИН ДИМИТРОВ