



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС

**ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:
“ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАН
РЕАНИМОБИЛ”**

ОТ: КОСТАДИН ДИМИТРОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
НАШ № 5204
ДАТА: 18.11.10г
ВАШ №
БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа.

Във връзка с постъпил въпрос от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

Във връзка с Ваш отговор 5131/12.11.2010г. на постъпило запитване от Кандидат за участие в процедурата, в който пояснявате, че под “механичен вентилатор – преносим” в т. 4.2.5. на Техническото задание се има предвид "... апарат за поддържането на дишането на хора с дихателна недостатъчност – т. нар. командно дишане (асистиращо дишане), бихте ли обяснили в какво се състои разликата между Транспортния респиратор, посочен като изискване в т.4.2.4. на Техническото задание и Механичния вентилатор от т. 4.2.5? Бихте ли посочили параметрите, с които трябва да се характеризира всеки един от горепосочените апарати?

В т. 4.2.4. на Техническото задание като изискване е посочен транспортен респиратор с всички необходими аксесоари и тъй като той е идентичен с изисквания в т. 4.2.5. “Механичен вентилатор – преносим” (и двата апарати служат за поддържане на дишането на хора с дихателна недостатъчност, т. нар. командно дишане или асистирано дишане)- необходимо ли е да се доставят два апарата, чиито функции са еднакви?

ОТГОВОР: Апаратът за командно дишане е стационарен в линейката и осигурява продължителен режим на работа. Освен него трябва да има и/или автономен респиратор осигуряващ самостоятелна работа извън линейката или автономен модул към стационарният апарат.

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “И.Ф.”
КОСТАДИН ДИМИТРОВ