



"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Номер на обявлението: 54475/21.08.2024г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Мануела Димитрова
Експерт "Маркетинг"

Телефон: 0973 7 33 61

E-mail: MK.Simeonova@npp.bg

Факс 0973 7 60 04

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☒ Доставки

☐ Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка на лабораторни съдове/стъклария и пластмаса/, принадлежности и консумативи за химични лаборатории на АЕЦ Козлодуй ЕАД за 2024г ”

Кратко описание: Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: Да ☐ Не ☒

ОП1- Лабораторни съдове - стъклени;

ОП2- Лабораторни принадлежности;

ОП3- Лабораторни съдове - други;

ОП4- Лабораторни съдове - други;

ОП5- Лабораторни съдове – пластмасови.

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

☐ Цена и качествени показатели

☐ Разходи и качествени показатели

☐ Ниво на разходите

☒ Най-ниска цена

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 30.08.2024г.

Час: (чч:мм) 16,00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти): Дата: (дд/мм/гггг) 30.09.2024г.

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;

- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за

търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;

- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;

- **Банкови реквизити, IBAN / Титуляр на банковата сметка/;**

- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока- съгласно техническата спецификация в частта – забележка ;

- **Информация за:**

- Срок на доставка;

- Условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй ЕАД;

- Предлагана цена - участникът посочва единична цена за доставка за всяка под позиция от обособената позиция, обща стойност на обособената позиция и обща стойност на офертата, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;

- Условие на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката без забележки;

- Списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка, документите посочени в Техническата спецификация, колона други изисквания ;

- Валидност на офертата минимум 30 календарни дни.

Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:

- Документите посочени в техническата спецификация.

Забележка: Вашето ценово предложение ще се счита за окончателно

ТЕХНІЧКА СПЕЦИФІКАЦІЯ (ТАБЛІЦЕН ВИД)

за доставка на лабораторни съдове /стъклария и пластмаса/, принадлежности и консумативи за химични лаборатории на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за 2024 г.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ЛАБОРАТОРНИ МЕРНИ СЪДОВЕ – СЪТЪКЛЕНИ

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	109340	Цилиндър мерителен	обем 50 ± 0.5 мл, Клас А, висока форма, синя градуировка през 1мл	бр.	11	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество
2.	109341	Цилиндър мерителен	обем 100 ± 0.5 мл, Клас А, висока форма, синя градуировка през 1мл	бр.	20	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество
3.	109344	Цилиндър мерителен	обем 500 ± 2.5 мл, Клас А, висока форма, синя градуировка през 5мл	бр.	6	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество
4.	109346	Цилиндър мерителен	обем 1000 ± 5 мл, Клас А, висока форма, синя градуировка през 10 мл	бр.	8	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество
5.	109358	Пипета Фол	Тип шприц, клас А, обем 10 ± 0.02 мл, кафява градуировка.	бр.	10	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество
6.	113199	Цилиндър мерителен	25ml, клас AS, групов сертификат, стъклена основа	бр.	4	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др	Други изисквания
7.	125284	Цилиндър мерителен	стъклен, обем 10 мл, Клас А, синя градуировка	бр.	4	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество
8.	20169	Колба мерителна	стъклена, клас на точност А, 100 мл $\pm 0,1$ при 20°C, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	бр.	30	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество
9.	20170	Колба мерителна	стъклена, клас на точност А, 250 мл $\pm 0,15$ при 20°C, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	бр.	2	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество
10.	20171	Колба мерителна	стъклена, клас на точност А, 1000 мл $\pm 0,40$ при 20°C, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	бр.	9	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество
11.	143678	Пипета Резила тип шприц	2мл през 0,02, клас на точност А $\pm 0,01$ мл при 20°C, сертифицирана по DIN	бр.	10	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество
12.	143679	Пипета Резила тип шприц	5мл през 0,05, клас на точност А $\pm 0,03$ мл при 20°C, сертифицирана по DIN	бр.	10	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество
13.	143680	Пипета Резила тип шприц	10мл през 0,10, клас на точност А $\pm 0,05$ мл при 20°C, сертифицирана по DIN	бр.	10	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество
14.	20255	Пипета Фол	20 мл, клас на точност АS $\pm 0,03$ мл при 20°C, сертифицирана по DIN	бр.	10	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество

№	ИД по Infog	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
15.	20257	Пипета Фол	50 мл, клас на точност AS $\pm 0,05$ мл при 20°C, сертифицирана по DIN	бр.	10	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество
16.	20285	Бюрета	клас AS, вместимост 50мл през 0.1мл $\pm 0,05$ мл при 20°C, с прав кран, сертифицирана по DIN	бр.	6	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество
17.	20373	Колба Ерленмайер	1000 мл; с широко гърло; градуирана	бр.	10	-	-
18.	20378	Колба Ерленмайер	300 мл; с широко гърло	бр.	45	-	-
19.	141712	Колба пръскалка	Стъклена с шлиф 500 мл, височина на колбата 200 мм	бр.	5	-	
20.	20383	Колба йодно число	100 мл, с пластмасова запушалка	бр.	50	-	
21.	20583	Чаша Бехер	1000мл; висока форма, градуирана	бр.	40	-	-
22.	20584	Чаша Бехер	1000мл; ниска форма, градуирана	бр.	5	-	-
23.	20590	Чаша Бехер	250мл; ниска форма, градуирана	бр.	20	-	-
24.	20592	Чаша Бехер	3000мл, ниска форма, градуирана	бр.	10	-	-
25.	20593	Чаша Бехер	5000мл, ниска форма, градуирана	бр.	1	-	-
26.	20595	Чаша Бехер	400мл, ниска форма, градуирана	бр.	45	-	-
27.	20598	Чаша Бехер	600мл; висока форма, градуирана	бр.	40	-	-
28.	20599	Чаша Бехер	600мл; ниска форма, градуирана	бр.	2	-	-
29.	45024	Колба мерителна	стъклена, клас на точност A, 50мл $\pm 0,06$ при 20°C, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	бр.	30	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
30.	45027	Колба мерителна	стъклена, клас на точност А, 500мл ± 0,25 при 20°C, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	бр.	12	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество
31.	45063	Чаша Бехер	2000мл, ниска форма	бр.	10	-	-

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ЛАБОРАТОРНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	117263	Комплект за пробоотбиране	UniSampler "EX" с една допълнителна стъклена бутилка, 1000 ml	бр.	4	-	-
2.	123742	Тава лабораторна	киселинноустойчива, термоустойчива до 120 градуса Целзий, размери 430x290x20mm	бр.	12	-	-
3.	133256	Бъркалка, електромагнитна	без нагряване, обем на разбъркване до 1.5л, обороти 300 - 2000 rpm, размер на блудото ф120 мм, материал на блудото PET, размери 150 x 145 x 50 мм, тегло 0.300кг, захранване 220V AC	бр.	1	-	-
4.	141330	Бъркалка	от плътно стъкло с р-ри 200 x 4 мм	бр.	50	-	-
5.	133276	Статив за бюрета	правоъгълна основа PP, с отвор за закрепване на пръчката в края; диаметър 14-18мм; максимална височина до 600мм	бр.	5	-	-
6.	20152	Статив вертикален	За изсушаване на лабораторна стъклария, свободно стоящ	бр.	8	-	-
7.	135570	Връзка Т - образна	PP, за шлаух с вътрешен диаметър, ф 8-9 mm	бр.	3	-	-
8.	135571	Връзка Т - образна	PP, за шлаух с вътрешен диаметър, ф 10-11 mm	бр.	3	-	-

9.	135573	Кран еднопътен	стъклен, прав, външен диаметър ф 10 mm, отвор ф 4 mm	бр.	20	-	-
№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Коли- чество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
10.	138689	Пробовземач за водни проби	телескопична регулируема, алуминиева дръжка от 1.80 м до 6 м, свързване на отделните секции със застопоряващ ограничител за предотвратяване на разгъването по време на пробовземането, окомплектован с: 1. пластмасов държател на пробовземния контейнер с диаметър до 88 мм, 2. механизъм за стабилно затягане на контейнера към държателя и регулиране ъгъла на завъртане на държателя до 90°	бр.	1	-	
11.	19737	Дозатор към шишета	устойчив на киселини и основи, включително 37 % солна и 65 % азотна, с вариращ обем 1-10 мл	бр.	4	-	-
12.	19740	Кран еднопътен	стъклен прав, външен диаметър ф 8 mm, отвор ф 2,5 mm	бр.	25	-	-
13.	20097	Шпатула метална	от единия край - лъжица, от другия - плоска; обща дължина 180 mm	бр.	4	-	-
14.	20210	Стъкло	часовниково ф 200 mm	бр.	10	-	-
15.	20277	Тава лабораторна	бяла, изработена от PP, химически устойчива на киселини и основи, с приблизителни размери 352/252/81 mm	бр.	10	-	-
16.	20278	Тава лабораторна	бяла, изработена от PP, химически устойчива на киселини и основи, с приблизителни размери 353/252/21 mm	бр.	10	-	-

17.	20356	Ексикатор	стъклен без краи, с порцеланова плоча и капак, вътрешен d = 250 mm, външен d = 300 mm, V = 7 l	бр.	1	-	-
№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
18.	20615	Щипки за тигли	L=25-35cm	бр.	2	-	-
19.	141331	Лопатка мерителна	полипропилен, обем 100мл	бр.	10	-	-
20.	20213	Блюдо Петри	стъклено, ф 150 mm	бр.	2	-	-
21.	20521	Тава лабораторна	пластмасова 450x350x75mm	бр.	10	-	-
22.	45061	Фуния делителна	V=500мл, цилиндрична форма	бр.	6	-	-
23.	20638	Маркуч	силиконов, лабораторен, ф 8 x 12 mm	m	50	-	-
24.	20988	Маркуч	силиконов, лабораторен, ф 10 x 14 mm	m	40	-	-
25.	45004	Статив	за 6 бр. автоматични пипети, тип Errendorf	бр.	1	-	-
26.	74496	Маркуч	силиконов, ф 8 x 11 mm	m	25	-	-
27.	20206	Вана	пластмасова, 20 л прибл.размери 380 x 280 x 200 mm	бр.	1	-	-
28.	82232	Съкло	часовниково d=150mm	бр.	20	-	-
29.	93188	Дозатор	към шишета за киселини и основи, комплект от 0.5 до 5 мл	бр.	4	-	-
30.	135572	Пръчка за разбъркване	PVC, дължина 350 mm, ф 7-8 mm	бр.	2	-	-

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: ЛАБОР. ГОРНИ СЪДОВЕ - ДРУГИ

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	100659	Тигел порцеланов	горен диаметър 45 мм – вътрешен / 53 мм външен; височина 39 мм; обем 40 мл	бр.	120	-	-
2.	141643	Тигел порцеланов	лабораторен, висока форма, гланциран отвор и отвор, обем: 70-80 мл, височина: 60-70 мм, диаметър на отвора: 50-60 мм, подходящ за работа до 600°C, без капак	бр.	10	-	-
3.	141644	Тигел порцеланов	лабораторен, с форма на чаша, плитък, обем: 70-80 мл, височина: 20-30 мм, диаметър на отвора: 75-85 мм, подходящ за работа до 600°C, без капак	бр.	10	-	-
4.	126918	Фуния делителна	Съгласна, градуирана до 250 мл, крушовидна форма, с вместимост 280-300 мл, с шифт и пластмасова/стъклена запушалка и стоп-кран от тефлон/PTEF/	бр.	6	-	-
5.	20129	Фуния делителна	V=250мл, от боросиликатно стъкло, градуирана, със стъклен кран, цилиндрична форма	бр.	6	-	-
6.	20475	Пръскалка	пластмасова, 500 мл	бр.	20	-	-
7.	20611	Колба смукателна	V=1000 мл	бр.	10	-	-
8.	47513	Кошница за реактиви	метална, с полимерно покритие, за реактивни бутилки 4 x 1 л	бр.	10	-	-
9.	71873	Фуния бюхнерова	за филтър; ф = 70 мм	бр.	4	-	-
10.	71874	Фуния бюхнерова	за филтър; ф = 90 мм	бр.	4	-	-

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ - ПЛАСТМАСОЛ

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	100294	Буркан /контейнер/	PP, прозрачен, V = 125 ml, ф = 52 mm, H = 74 mm	бр.	380	-	-
2.	122764	Колба мерителна	от PMP (прозрачен), клас на точност А, (250 ± 0.15) ml с пластмасова запушалка, сертифицирана по DIN	бр.	10	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество
3.	125349	Контейнер прозрачен PC	с напълно отварящ се капак и дръжка, с водоустойчиво силиконово уплътнение за пренасяне и съхранение на проби в банки с височина 15 cm, с допълнителна (махаща се) вътрешна приставка за малки проби	бр.	2	-	-
4.	12677	Банка	пластмасова с капачка, 1л	бр.	80	-	-
5.	12678	Банка	пластмасова с капачка, 250мл	бр.	120	-	-
6.	20070	Чаша Бехер	PP 25мл	бр.	10	-	-
7.	20261	Чаша Бехер	PP 150ml полипропиленова	бр.	5	-	-
8.	20268	Колба мерителна	от PMP (прозрачен), клас на точност А, (100 ± 0.10) ml с пластмасова запушалка, сертифицирана по DIN	бр.	10	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество
9.	20269	Колба мерителна	от PMP (прозрачен), клас на точност А, (500 ± 0.25) ml с пластмасова запушалка, сертифицирана по DIN	бр.	10	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество
10.	20270	Колба мерителна	пластмасова, от PMP (прозрачен), клас на точност А, (1000 ± 0.40) ml с пластмасова запушалка, сертифицирана по DIN	бр.	5	-	Декларация / сертификат за съответствие съгласно изискванията в съответните DIN или ISO; Партиден сертификат за качество
11.	20556	Фуния	От полупрозрачен полипропилен ф 100мм	бр.	10	-	-
12.	56341	Банка	пластмасова с капачка, бяла, 500 мл	бр.	40	-	-

13.	71849	Пипети тип Пастъор	за еднократна употреба / полиетилен /, градуирани до 3 мл, нестерилни, 1 бр. опаковка съдържа 500 бр.	опаковка	10	-	-
-----	-------	-----------------------	---	----------	----	---	---

