

## ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 54689

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на 4 броя цифрови спектрометри Lynx DSA за гама спектрометрични системи”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу спецификация;
- единични цени и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок / срок на годност;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 30.09.2024 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg), като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 04.10.2024 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев - Гл. експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: [HPatchev@npp.bg](mailto:HPatchev@npp.bg)

### Приложения:

1. Спецификация - 1 стр.

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

## за "Доставка на 4 броя цифрови спектрометри Lynx DSA за гамаспектрометрични системи"

№	ИД по INFOR ERP LN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество
1	63920	Цифров спектрометър Lynx DSA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Цифров сигнален процесор с АЦП с минимум 8192 канала;</li> <li>- Източник на високо напрежение от 0 до <math>\pm 5000</math> V DC;</li> <li>- Auto P/Z (автоматична настройка на полюси и нули);</li> <li>- Интерфейс Ethernet 10/100base-T/TX (Минимално изискване);</li> <li>- Интерфейс USB 2.0 (Минимално изискване);</li> <li>- Пълно управление от специализиран софтуер GENIE-2000;</li> <li>- Захранване 220 V AC;</li> <li>- Гаранционен срок не по-малко от 24 месеца.</li> <li>- Цифровия спектрометър да е произведен не повече от 12 месеца преди датата на доставка.</li> </ul>	Брой	4

### Допълнителни изисквания:

1. Съпроводителната документация да съдържа следните документи на оригинален език и на български език:
  - сертификати/декларации за произход;
  - сертификати/декларации за съответствие;
  - инструкция / ръководство за експлоатация, техническо обслужване и поддържане;
  - гаранционна карта.
2. Гаранционният срок на доставеното оборудване трябва да бъде не по-малък от 24 месеца от датата на доставка. При възникване на дефекти по доставения цифров многоканален анализатор, в рамките на гаранционния срок, доставчикът трябва да възстанови нормалното му експлоатационно-техническо състояние със свои сили и свои средства.
3. Материалите трябва да са опаковани в оригиналните опаковки на производителя, с осигурена защита на целостта и годността им при транспортиране и съхранение. Всички придружаващи доставката документи да се представят на хартиен носител.
4. При получаване на доставката да се извърши общ входящ контрол. Критериите за приемане на доставката са съответствие на техническите параметри на изделието с тези от техническата спецификация.