


Попниколова, Петранка А.

From: Лазарова, Милена Т.
Sent: 04 юни 2025 г. 16:08
To: Попниколова, Петранка А.
Сс: Александров, Пламен Г.; Богоева, Юлия К.
Subject: FW: Zapitvane odnosno Pazarna konslutacija 56254
Attachments: 598_AETz_Letter_Pazarna_56254_04.06.2025.pdf

BX-E-3771/04.06.2025

Поздрави,

Милена Лазарова
Специалист маркетинг
ПТД-Т-Мид-М
Тел. 0973/76577
e-mail: MTMarinova@npp.bg
АЕЦ Козлодуй ЕАД
България, област Враца, гр. Козлодуй



Този имейл е конфиденциален и предназначен само за адресата, посочен по-горе. Строго забранено е да се копира и разпространява информация от него до трети лица без изричното писмено съгласие на подателя. Ако сте получили това съобщение по грешка, моля отговорете обратно на подателя, за да се предотвратят подобни грешки в бъдеще.

From: Kirilov, Alexandar <alexandar.kirilov@metrohm.bg>
Sent: Wednesday, June 4, 2025 3:58 PM
To: commercial <commercial@npp.bg>
Сс: Metrohm BG Office BG <Office@metrohm.bg>
Subject: Zapitvane odnosno Pazarna konslutacija 56254

ВНИМАНИЕ: ВЪНШЕН ПОДАТЕЛ. Не отваряйте прикачени файлове и линкове в съобщението, ако не разпознавате подателя и не знаете, че съдържанието е безопасно.

Уважаеми колеги,

Във връзка с Покана за пазарна консултация №56254 с предмет „Доставка на йонен хроматограф /автоматизирана йон-хроматографска система за определяне на амоняк и моноетаноламин“, ние Метром България ЕООД бихме желали да зададем следните въпроси и направим уточнения по отношение на публикуваната техническа спецификация. Моля, вижте прикаченото писмо.

With kind regards / Поздрави



Alexandar Kirilov / Александър Кирилов
CEO / Управител

Metrohm Bulgaria EOOD / Метром България ЕООД
12, Chiprovtsi str. / ул. Чипровци 12
1303 Sofia / София,
Bulgaria / България
Phone: +359 2 953 40 64

Mobile: +359 884 574 706



OMNIS – A universal platform to integrate your lab

OMNIS lets you combine all your analyses on a universal platform with just one software to control everything. Titration, near-infrared spectroscopy, and automation on a single platform.

→ **Discover the OMNIS platform**



Метром България ЕООД

Може да намерите нашата декларация за поверителност: https://www.metrohm.com/bg_bg/Privacy-policy.html

Metrohm Bulgaria EOOD

You can find our Privacy Policy at: https://www.metrohm.com/bg_bg/Privacy-policy.html

Дата:	04 юни 2025 г.	До:	„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Относно:	Покана за пазарна консултация №56254	На вним.:	Г-жа Петранка Попниколова „Маркетинг“
От:	Метром България ЕООД	Тел.:	+359 973 7 24 86
стр:	1	Факс:	

Изх. № 598 / 04.06.2025 г.

Уважаеми колеги,

Във връзка с Покана за пазарна консултация №56254 с предмет „Доставка на йонен хроматограф /автоматизирана йон-хроматографска система за определяне на амоняк и моноетаноламин“, ние Метром България ЕООД бихме желали да зададем следните въпроси и направим уточнения по отношение на публикуваната техническа спецификация:

- В т. 1.2.5 се указва, че системата трябва да бъде снабдена с кондуктометричен детектор с обхват на измерване на проводимост: 0-18'000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ или по-широк обхват. АЕЦ Козлодуй ЕАД от години разполага с няколко йон-хроматографски системи на фирма Metrohm AG, на които разчитате и извършвате ежедневните си рутинни анализи на амоняк и моноетаноламин. Обхвата на кондуктометричните им детектори е до 15'000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, какъвто между впрочем е на повечето производители на йон-хроматографски системи. Конкретното определяне на амоняк и моноетаноламин в най-високите концентрации на реални проби не изискват проводимост на детектора повече от 800 $\mu\text{S}/\text{cm}$, т.е. в пъти по-ниска от максималния обхва на детекторите на хроматографите на фирма Metrohm AG.

В тази връзка желая да отбележа, че обхват от 18'000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ не е необходим, като същевременно е дискриминиращ параметър и обуславя дисквалифицирането ни при участие в предстоящата тръжна процедура.

С оглед възможността, ние фирма Метром България ЕООД да участваме в настоящата покана и бъдещата тръжна процедура, отправям молба да промените техническата спецификация на йон-хроматографската система, като приемете обхвата на кондуктометричния детектор да бъде от: 0-15'000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, вместо от: 0-18'000 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

За всички нас е важно тръжните процедури да бъдат максимално прозрачни и отворени за участие, без да има вмешателство и съмнения за конфликт на интереси и да дава възможност за участие на поне няколко фирми производители.

04.06.2025 г.

Гр. София

С уважение: Aleksandar Ivanov Kirilov
Digitally signed by Aleksandar Ivanov Kirilov
Date: 2025.06.04 15:54:50 +03'00'

Александър Кирилов

Управител