



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Разяснения по пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП с предмет: Доставка на йонен хроматограф/автоматизирана йон-хроматографска система за определяне на амоняк и моноетаноламин

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № ВХ-Е-3771/04.06.2025г. от заинтересовано лице от пазарната консултация №56254 с горепосочения предмет, относно обхват на кондуктометричните детектори, Ви предоставяме следната информация:

В приложената Техническа спецификация -табличен вид №25.ЕП-2.ТЗ.1499

т. 1.2.5 -кондуктометричен детектор с обхват на измерване на проводимост: 0 – 18 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ да се чете:

т. 1.2.5 -кондуктометричен детектор с обхват на измерване на проводимост: 0 – 15 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$

Допълнителна информация може да бъде получена от Петранка Попниколова, Експерт „Маркетинг”, Управление „Търговско”, тел. +359 973 7 24 86.