

Маринова, Нели Р.

From: Богоева, Юлия К.
Sent: 20 юни 2025 г. 8:08
To: Маринова, Нели Р.
Cc: Александров, Пламен Г.; Лазарова, Милена Т.
Subject: FW: Zapitvane относно Pazarna konslutacija 56353
Attachments: 600_AETz_Letter_Pazarna_56353_06.2025.pdf

BX-E-4103/20.06.2025

From: Kirilov, Alexandar <alexandar.kirilov@metrohm.bg>
Sent: Thursday, June 19, 2025 4:36 PM
To: commercial <commercial@npp.bg>
Cc: Metrohm BG Office BG <Office@metrohm.bg>
Subject: Zapitvane относно Pazarna konslutacija 56353

ВНИМАНИЕ: ВЪНШЕН ПОДАТЕЛ. Не отваряйте прикачени файлове и линкове в съобщението, ако не разпознавате подателя и не знаете, че съдържанието е безопасно.

Уважаеми колеги,


Във връзка с Покана за пазарна консултация №56353 с предмет „Доставка на йонен хроматограф за определяне на аниони“, ние Метром България ЕООД бихме желали да зададем въпроси и направим уточнения по отношение на публикуваната техническа спецификация. Моля, вижте прикаченото писмо.

With kind regards / Поздрави



Alexandar Kirilov / Александър Кирилов
CEO / Управител

Metrohm Bulgaria EOOD / Метром България ЕООД
12, Chiprovtsi str. / ул. Чипровци 12
1303 Sofia / София,
Bulgaria / България
Phone: +359 2 953 40 64
Mobile: +359 884 574 706



Метром България ЕООД
Може да намерите нашата декларация за поверителност: https://www.metrohm.com/bg_bg/Privacy-policy.html
Metrohm Bulgaria EOOD
You can find our Privacy Policy at: https://www.metrohm.com/bg_bg/Privacy-policy.html

Дата:	19 юни 2025 г.	До:	“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Относно:	Покана за пазарна консултация №56353	На вним.:	Г-жа Нели Маринова „Маркетинг“
От:	Метром България ЕООД	Тел.:	+359 973 7 34 80
стр:	1	Факс:	

Изм. № 600 / 19.06.2025 г.

Уважаеми колеги,

Във връзка с Покана за пазарна консултация №56353 с предмет „Доставка на йонен хроматограф за определяне на аниони“, ние Метром България ЕООД бихме желали да зададем следните въпроси и направим уточнения по отношение на публикуваната техническа спецификация:

- В т. 1.1.2 се указва, че аутосемплера трябва да бъде снабден с предпазен контейнер/екран или друго техническо решение за защита от замърсяване на пробите. Моля, доколкото е възможно да уточните вида на очакваното замърсяване.

- В т. 1.1.2 се указва, че аутосемплера трябва да бъде снабден с автоматично разреждане на пробите. Същевременно, в т. 1.8. се указва, че е необходима преконцентрираща колона или друго техническо решение за отстраняване на матричния ефект. Моля, потвърдете, че системата първо трябва да извършва реално физическо разреждане на пробите с ултрачиста вода, като след това разредената проба да бъде преконцентрирана.

- В т. 1.3.7 се указва, че системата трябва да бъде снабдена с кондуктометричен детектор с максимално допустимо работно налягане: ≥ 10 МПа. АЕЦ Козлодуй ЕАД от години разполага с няколко йон-хроматографски системи на фирма Metrohm AG, на които разчитате и извършвате ежедневните си рутинни анализи на аниони (и катиони). Максималното допустимо работно налягане на детекторите им е: 5 МПа. Желая да поясня, че обичайното работно налягане при конкретното и при всички възможни приложения и приложения след колоната е незначително - под 1 МПа. Това обуславя факта, че за детектора не е необходимо да притежава възможност за допустимо работно налягане: ≥ 10 МПа за да изпълнява коректно своето предназначение в йон-хроматографската система.

В тази връзка желая да отбележа, че възможност за допустимо работно налягане: ≥ 10 МПа не е необходимо, като същевременно е дискриминиращ параметър и обуславя дисквалифицирането ни при участие в предстоящата тръжна процедура.

С оглед възможността, ние фирма Метром България ЕООД да участваме в настоящата покана и бъдещата тръжна процедура, отправям молба да промените техническата спецификация на йон-хроматографската система, като приемете максимално допустимото работно налягане да бъде: ≥ 5 МПа, вместо ≥ 10 МПа.

За всички нас е важно тържните процедури да бъдат максимално прозрачни и отворени за участие, без да има вмешателство и съмнения за конфликт на интереси и да дава възможност за участие на поне няколко фирми производители.

19.06.2025 г.

Гр. София

С уважение: **Aleksandar Ivanov Kirilov**

Digitally signed
by Aleksandar
Ivanov Kirilov
Date: 2025.06.19
16:35:23 +03'00'

Александър Кирилов

Управител