

Маринова, Нели Р.

From: Богоева, Юлия К.
Sent: 23 юни 2025 г. 11:35
To: Маринова, Нели Р.
Сс: Александров, Пламен Г.; Лазарова, Милена Т.
Subject: FW: Zapitvane odnosno Pazarna konslutacija 56353
Attachments: 601_AETz_Letter_Pazarna_56353_23.06.2025.pdf

BX-E-4150/23.06.2025


From: Kirilov, Alexandar <alexandar.kirilov@metrohm.bg>
Sent: Monday, June 23, 2025 11:29 AM
To: commercial <commercial@npp.bg>
Cc: Metrohm BG Office BG <Office@metrohm.bg>
Subject: RE: Zapitvane odnosno Pazarna konslutacija 56353

ВНИМАНИЕ: ВЪНШЕН ПОДАТЕЛ. Не отваряйте прикачени файлове и линкове в съобщението, ако не разпознавате подателя и не знаете, че съдържанието е безопасно.

Уважаеми колеги,

Във връзка с Разяснение относно Покана за пазарна консултация №56353 с предмет „Доставка на йонен хроматограф за определяне на аниони“, ние Метром България ЕООД бихме желали да зададем въпроси и направим уточнения по него. Моля, вижте прикаченото писмо.

With kind regards / Поздрави



Alexandar Kirilov / Александър Кирилов
CEO / Управител

Metrohm Bulgaria EOOD / Метром България ЕООД
12, Chiprovtsi str. / ул. Чипровци 12
1303 Sofia / София,
Bulgaria / България
Phone: +359 2 953 40 64
Mobile: +359 884 574 706



Метром България ЕООД
Може да намерите нашата декларация за поверителност: https://www.metrohm.com/bg_bg/Privacy-policy.html
Metrohm Bulgaria EOOD
You can find our Privacy Policy at: https://www.metrohm.com/bg_bg/Privacy-policy.html

Дата:	23 юни 2025 г.	До:	“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Относно:	Покана за пазарна консултация №56353	На вним.:	Г-жа Нели Маринова „Маркетинг“
От:	Метром България ЕООД	Тел.:	+359 973 7 34 80
стр:	1	Факс:	

Изм. № 601 / 23.06.2025 г.

Уважаеми колеги,

Във връзка с Покана за пазарна консултация №56353 с предмет „Доставка на йонен хроматограф за определяне на аниони“, и публикувано Разяснение, ние Метром България ЕООД бихме желали да направим следните коментари:

Ваш Отговор на Въпрос 3: „По-високо налягане косвено определя добра разделителна способност и намалява времето за анализ“ не е релевантен по отношение на техническото решение на форма Metrohm. Както сме упоменали в нашето искане за разяснение, работното налягане се генерира от типа колона, дебит на използвания елуент и неговия състав. Работното налягане не е параметър, който се контролира от системата. Работното налягане касае единствено и само компоненти на йон-хроматографската система преди и в самата разделителна колона. След разделителната колона съществува минимално налягане, както сме описали в искането за разяснения, което само по себе си не представлява работното налягане от което зависи разделителната способност при йонни хроматографи Metrohm.

Що касае времето за анализ, то налягането в детектора по никакъв начин не влияе на този параметър. Времето за анализ се влияе от типа и размера на разделителната колона, дебит на използвания елуент и неговия състав, както и от общата дължина на свързващите капилари, но не и от налягането в детектора.

Отново ще посоча, че АЕЦ Козлодуй ЕАД (и много други атомни централи по света) от години разполага с няколко йон-хроматографски системи на фирма Metrohm AG, на които разчитате и извършвате ежедневните си рутинни анализи на аниони (и катиони). Максималното допустимо работно налягане на детекторите им е: 5 МПа. Желая да поясня, че обичайното работно налягане при конкретното и при всички възможни приложения и приложения след колоната е незначително - под 1 МПа. Това обуславя факта, че за детектора не е необходимо да притежава възможност за допустимо работно налягане: ≥ 10 МПа за да изпълнява коректно своето предназначение в йон-хроматографската система.

В тази връзка желая да отбележа, че възможност за допустимо работно налягане: ≥ 10 МПа не е необходимо, като същевременно е дискриминиращ параметър и обуславя дисквалифицирането ни при участие в предстоящата тръжна процедура.

С оглед възможността, ние фирма Метром България ЕООД да участваме в настоящата покана и бъдещата тръжна процедура, отправям молба да промените техническата спецификация на йон-хроматографската система, като приемете максимално допустимото работно налягане да бъде: ≥ 5 МПа, вместо ≥ 10 МПа.

За всички нас е важно тържните процедури да бъдат максимално прозрачни и отворени за участие, без да има вмешателство и съмнения за конфликт на интереси и да дава възможност за участие на поне няколко фирми производители. Чрез целенасочно изискване за параметър, който на практика не влияе върху приложението на йон-хроматографската система е очевидно даване на предимство за участие в тържната процедура на конкретен производител, което е в пълно противоречие със Закона за Обществени Поръчки.

23.06.2025 г.

Гр. София

С уважение:

**Aleksandar
Ivanov
Kirilov**

Digitally signed by
Aleksandar Ivanov
Kirilov
Date: 2025.06.23
11:27:03 +03'00'

Александър Кирилов

Управител