

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 56982

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на калибратор на електрически сигнали”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единични цени и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок / срок на годност;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 03.10.2025 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 10.10.2025 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев - Гл. експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: HPatchev@npp.bg

Приложение: Техническа спецификация /1 стр./

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за "Доставка на калибратор на електрически сигнали", по т.2. 286.1 от ИП"

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количест во
1		Калибратор на електрически сигнали	Задава следните електрически величини: променливо напрежение: от 0V до $\pm 500V$ (45Hz-500Hz) с грешка /по-малко или равно/ 0,05%; променлив ток: от 30 микроА до $\pm 20A$ (45Hz-500Hz) с грешка /по-малко или равно/ 0,05%; активна мощност от 0 да $3 \times 60000W$ с грешка /по-малко или равно/ 0,05%; хармоници с честота до 9MHz и неравномерност /по-малко или равно/ $\pm 1,5\%$, токова бобина за разширяване на обхвата по ток (x10/x20). Възможност за автоматизирани тестови процедури, постоянен мониторинг на теста, таблично и графично представяне на данните.	бр.	1

Забележка/ Допълнителни изисквания

Документи придружаващи доставката:

- 1 - декларация за произход на оборудването
- 2 - декларация за съответствие, издадена от производителя/доставчика
- 3 - инструкция за експлоатация;
- 4 - гаранционна карта със срок не по-малко от 24 месеца от приемане на доставката;
- 5 - документ за първоначална заводска метрологична проверка/калибровка.