



„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

Номер на обявлението: 57189 / 05.11.2025 г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Христо Пачев
Гл. експерт маркетинг

Телефон: 0973 7 61 40

Е-mail: HPatchev@npp.bg

Факс:

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☒ Доставки

☐ Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка на електронен денсиметър”

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 - Техническа спецификация (1 стр.)

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: ☐ Да ☒ Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

☐ Цена и качествени показатели

☐ Разходи и качествени показатели

☐ Ниво на разходите

☒ Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име:

Тежест:

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 10.11.2025 г.

Час: (чч:мм) 15,00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 10.12.2025 г.

(минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти)

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- Информация за:

- срок на доставка;
- гаранционен срок след приемане на доставката / срок на годност и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния период дефекти;
- предлагана цена - единична цена в лева и обща стойност в лева и евро без ДДС, като превалутирането от левове в евро се извършва, като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая, съгласно чл. 12 от Закона за въвеждане на еврото в България;

Официален курс на БНБ: 1 EUR = 1,95583 BGN. В съответствие с чл.15, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, общата цена, респективно единичните цени за всяка позиция се обозначават в евро и в левове за периода 08.08.2025 г. - 08.08.2026 г.;

- начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
- документи, съпровождащи стоката при доставка.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на електронен денсиметър

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	м.ед.	Колп-чество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	108192	Денсиметър електронен	Денсиметър електронен, преносим с цветен дисплей. Поддържани единици на измерване (измервателни скали) – измерване плътността на H₂SO₄ (сярна киселина). Обхват на измерване: - за плътност на пробата от 0,000 до 3,000 г/см³; - за температура на пробата от 0 °C до 50 °C. Разделителна способност (резолюция): - за плътност на пробата ≤ 0,0001 г/см³; - за температура на пробата ≤ 0,1 °C. Точност на измерване: - за плътност на пробата, не по-ниска от +/- 0,001 г/см³; - за температура на пробата, не по-ниска +/- 0,2 °C. Автоматична корекция на резултатите за плътност, в зависимост от температурата на пробата. Възможност за въвеждане (определяне) на коефициент на температурната корекция. Налична сонда за вземане на проба, с дължина ≥ 200 мм. Обем на пробата ≤ 2 мл. Електронно съхраняване на резултатите от минимум 1050 измервания. Възможност за електронна обработка на резултатите. Захранване с батерии: Li-ion (литиевойонни); акумулаторна и подвижна.	Бр.	1		

Забележка:

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Гаранционна карта;
- Сертификат/Декларация за съответствие;
- Сертификат/Декларация за произход;
- Инструкция за експлоатация.