

Покана за пазарна консултация №57413 с предмет „Доставка на еталонни източници на йонизиращи лъчения за калибриране на средства за измерване”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на еталонни източници на йонизиращи лъчения за калибриране на средства за измерване”

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложените по-долу технически изисквания;
- единична цена и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок, гаранционно обслужване;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока/

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 23.12.2025г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 12.01.2026г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Петранка Попниколова – Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 24 86, e-mail: paropnikolova@npp.bg

Приложение:

1. Техническа спецификация

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на еталонни източници на йонизиращи лъчения за калибриране на средства за измерване

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Коли- чество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
1.		Широкоплъщен еталонен радиоактивен източник	Широкоплъщен еталонен радиоактивен източник, нуклид Am-241 Активност ~ 700 Bq с толеранс +20/-10 % Неопределеност $\leq 5\%$ (при $k = 1$); Class 2 в съответствие с ISO 8769 Площ на активната повърхност 4,9 cm ² (30 mm диаметър x 1 mm дебелина); Произведен по метода на инкорпориране на активността в микропори на тънко алуминиево фолио	брой	1	Източникът да притежава сертификат за калибриране с проследимост към национален или международно признат еталон.
2.		Широкоплъщен еталонен радиоактивен източник	Широкоплъщен еталонен радиоактивен източник, нуклид Co-60; Активност ~ 1000 Bq с толеранс +20/-10 % Неопределеност $\leq 5\%$ (при $k = 1$); Class 2 в съответствие с ISO 8769 Площ на активната повърхност 4,9 cm ² (30 mm диаметър x 1 mm дебелина); Произведен по метода на инкорпориране на активността в микропори на тънко алуминиево фолио.	брой	1	Източникът да притежава сертификат за калибриране с проследимост към национален или международно признат еталон.
3.		Широкоплъщен еталонен радиоактивен източник	Широкоплъщен еталонен радиоактивен източник, нуклид Sr-90; Активност ~ 700 Bq с толеранс +20/-10 % Неопределеност $\leq 5\%$ (при $k = 1$); Class 2 в съответствие с ISO 8769 Площ на активната повърхност 4,9 cm ² (30 mm диаметър x 1 mm дебелина); Произведен по метода на инкорпориране на активността в микропори на тънко алуминиево фолио.	брой	1	Източникът да притежава сертификат за калибриране с проследимост към национален или международно признат еталон.
4.		Широкоплъщен еталонен радиоактивен източник	Широкоплъщен еталонен радиоактивен източник, нуклид Cl-36; Активност ~ 700 Bq с толеранс +20/-10 % Неопределеност $\leq 5\%$ (при $k = 1$); Class 2 в съответствие с ISO 8769 Площ на активната повърхност 4,9 cm ² (30 mm диаметър x 1 mm дебелина); Произведен по метода на инкорпориране на активността в микропори на тънко алуминиево фолио.	брой	1	Източникът да притежава сертификат за калибриране с проследимост към национален или международно признат еталон.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Коли- чество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
5.		Широкоплощен еталонен радиоактивен източник	Широкоплощен еталонен радиоактивен източник, нуклид Cs-137; Активност ~700 Bq с толеранс +20/-10 % Неопределеност $\leq 5\%$ (при $k = 1$); Class 2 в съответствие с ISO 8769 Площ на активната повърхност 4,9 cm ² (30 mm диаметър x 1 mm дебелина); Произведен по метода на инкорпориране на активността в микропори на тънко алуминиево фолио.	брой	1	Източникът да притежава сертификат за калибриране с проследимост към национален или международно признат еталон.