

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 57414

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на високопрецизен пневматичен контролер за налягане”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единични цени и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок / срок на годност;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 07.01.2026 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 15.01.2026 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев - Гл. експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: HPatchev@npp.bg

Приложение: Техническа спецификация /2 стр./

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на високопрецизен пневматичен контролер за налягане

№	ИД по BAAN	Наименование	Метрологични и технически характеристики		Мярка/ мерна единица	Кол.	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1.		Автоматично генериране на налягане(двуканален). Стабилност на налягането. Дисплей. Модул за налягане. Избор на обхват, ръчен или автоматичен. Устройство за задаване на налягане. Устройство за задаване на вакуум.	Обхват От -1 до 100 bar (10 000 psi) ≤ 0,003% FS 10.1" цветен дисплей, capacitive touchscreen. Четири взаимозаменяеми вградени еталонни модула за налягане с обхват: - От минус 1 до 1 bar; - От минус 1 до 3,4 bar; - От 0 до 10 bar; - От 0 до 100 bar. Максимално налягане до 300 bar.	Точност 0,008%FS	бр.	1		• Гаранционен срок – 24 месеца. • сертификат за калибриране съгласно изискванията на EN ISO/IEC 17025 • декларации/ сертификати за произход • декларации/ сертификати за съответствие

№	ИД по BAAN	Наименование	Метрологични и технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Кол.	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
		Максимална работна Температура. Комуникация. Софтуерна програма съвместима с MS Windows, която да обезпечава калибрирането на средства за измерване на налягане и създаване на сертификат от калибриране; без ограничения за броя инсталации. Габаритни размери до: Тегло до:	До 80°C. RS-232, IEEE-488, Ethernet, USB. 140 x 267 x 140 мм 4 кг				