



## ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

**ОТНОСНО:** Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Доставка на лабораторна стъклария и принадлежности”

**Уважаеми дами и господа,**

Във връзка с постъпил въпрос “АЕЦ Козлодуй” ЕАД прави следните уточнения:

### **I. Въпрос:**

По „Обособена позиция № 2 – Лабораторни принадлежности“ подпозиция 4 с ИД 133276 – Статив за бюрета правоъгълна основа РР, с отвор за закрепване на пръчката в края, диаметър 14-18 мм; максимална височина до 600 мм- 5 брой:

- Ще приеме ли комисията едно от следните две предложения:

„1. Статив за бюрета правоъгълна основа РР, с отвор за закрепване на пръчката в края; диаметър 12мм; максимална височина до 500мм - 5 бр.

За повече информация, прилагам линк към страницата на фирма Kartell, с кат. № 267 и кат. № 264:

- линк: <https://www.kartelllabware.com/en/products/plastilab/clamps-and-supports/rectangular-base/>

2. Статив за бюрета правоъгълна основа метална, с отвор за закрепване на пръчката в края; диаметър 13мм; максимална височина до 600мм - 5 бр.

За повече информация, прилагам линк към страницата на фирма Vochem, с кат. № 5032 и кат. № 5171:

- линк-кат. № 5032: <https://bochem.de/produkt/stativplatten-stahl-lackiert-din-12892-2/?lang=en>

- линк-кат. № 5171: <https://bochem.de/produkt/stativstangen-m10-18-10-stahl-2/?lang=en>

### **Отговор:**

„Ще приемем вторият предложен статива на фирма „Vochem“ с диаметър на пръчката 13мм.“

### **II. Въпрос:**

"По Обособена позиция № 2. Лабораторни принадлежности - Позиция № 21. ID АЕЦ 20433, Накрайник за автоматична пипета с вариращ обем 1000-10000 μл, 200 бр. в кутия - 3 бр.

Ще приеме ли комисията следните две предложения:

1. Накрайник за автоматична пипета с вариращ обем 1000-10000 μл., опаковка от 200 бр. с кат. № 146494 - 3 бр.

+ Кутия за накрайници, с 18 бр. накрайника с кат. № 150394 - 3 бр."

**Отговор:**

„Ще приемем посочените накрайници с вариращ обем 1000-10000 µл, опаковка от 200 бр. с кат. № 146494, ако са съвместими за пипета с вариращ обем 1.0-100 ml тип АХУРЕТ-SINGLE Channel, производител Corning Incorporated, Полша.  
“

Оферти за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП за „Доставка на лабораторна стъклария и принадлежности ”,се подават в срок **до 16,00ч на 10.02.2026г.** при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет - страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес: [www.kznpp.org/](http://www.kznpp.org/) Актуално/Обществени поръчки / Конкурси по оферти / 57549- <https://kznpp.org/bg/konkursi/7068>.

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление “Търговско”, г-жа Нели Маринова на тел. 0973 /7 3480, или електронен адрес: [nrmarinova@npp.bg](mailto:nrmarinova@npp.bg) .