

Моля за разяснение по отношение на точка „1.1.5 Спектрофотометрите UV-VIS трябва да бъдат доставени с препоръчителните от производителя консумативи, необходими за експлоатация и поддържане на работоспособността на апарата за период не по-малък от 12 месеца.“

Моля за разяснение на следното:

- Под консумативи се включват само аксесоарите като кювети и PhotoCheck за проверка или всички избрани тест набори?
- Ако в горното са включени и тест наборите, моля за да бъде коректно предложението да посочите ориентировъчен брой анализи дневно/месечно/годишно за всеки от целевите параметри. Тест наборите с които работят спектрофотометрите покриват определен брой анализи за дадения параметър и ако консумативите за 1 календарна година трябва да бъдат включени в калкулациите трябва да бъдат извесни прогнозното количество анализи за дадения аналит за посочения период.