



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Т Е Л Е Ф А К С

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ,
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА И
МОНТАЖ НА ЛАБОРАТРОНИ
КАМИНИ, ЛАБОРАТОРНИ МИВКИ И
ЛАБОРАТОРНИ МАСИ И ШКАФОВЕ
ЗА 5,6 ЕРХЛ И СК ”

ОТ: АЛ. НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАШ № 3195

ДАТА: 24.04.12

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 2

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпроси от заинтересован участник в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС №1:

За поз.1 дълбочина 600 мм. дали ви е достатъчна за дължина 1800 мм, тъй като работната дълбочина ще остане 530 мм. Височината 1800 мм. - задължителна ли е? Стандартните камини които предлагаме са 2350 мм. Високи. Необходимо ли е да има странични стъкла и най-вече те да са отваряеми? Шкафа под камината да бъде ли вентилируем?

ОТГОВОР №1:

По позиция 1- дълбочина 600 мм са достатъчни. Височина 1800 мм е задължителна. Необходимо е да има странични стъкла на камината и те да са отваряеми. Шкафът под камината не трябва да е вентилируем.

ВЪПРОС №2:

За поз.4 шкафа с две мивки 1500x750x900мм. изцяло ли да е метален освен плота, или да е с метална рамка прахово боядисана и шкаф от меламина за пространството под плота? Батерии за вода ще има ли. или има налични?

ОТГОВОР №2:

По позиция 4 –Шкафът с две мивки 1500/750/900 трябва да е изцяло метален , освен плота. Батерии за вода има налични.

ВЪПРОС №3:

За поз.10 масата с надстройка 1200x750x900мм. ще има ли под масата шкафчета?

ОТГОВОР №3:

По позиция 10 –Под масата с надстройка 1200/750/900 ще има шкафчета , които са включени в позиция 21.

ВЪПРОС №4:

За поз.13 маса 1000x800x700мм. Височината по стандарт е 750 мм, държите ли да е 700мм ? Шкафчето под плота метално ли е или от ЛПДЧ. Плотовете да имат ли праг против преливане?

ОТГОВОР №4:

По позиция 13 – За масата с размери 1000/800/700 , държим височината да е 700.Шкафчето под плота да е метално.Не е задължително плотовете да имат праг против преливане.

/ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

