



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## Т Е Л Е Ф А К С

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ,  
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА  
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО  
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА И  
МОНТАЖ НА ЛАБОРАТРОНИ  
КАМИНИ, ЛАБОРАТОРНИ МИВКИ И  
ЛАБОРАТОРНИ МАСИ И ШКАФОВЕ  
ЗА 5,6 ЕРХЛ И СК ”

ОТ: АЛ. НИКОЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАШ № 3423

ДАТА: 09 05 2012г

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 2

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересован участник в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС: 1. Поз.1 и 2.**

- Материал на камината - метал - устойчив на киселини, основи, органични разтворители, неабсорбиращ химически вещества

Има се предвид само вътрешната камера да е от INOX 316?

**ОТГОВОР №1.** -относно позиция 1 и 2: Вътрешната камера на лабораторните камини трябва да бъде от метал - устойчив на киселини,основи,органични разтворители, неадсорбиращ химически вещества. Ако фирмата представи сертификат, доказващ тези качества за INOX 316, то е възможно той да бъде използван.

**ВЪПРОС: 2. Поз.3**

- Материал на камината и плота: - киселинно и алкално устойчив (включително на изпарения и водни разтвори на силни киселини), термоустойчив неабсорбиращ радиоактивни вещества и лесно дезактивиращ се:

Има се предвид вътрешната камера и плота да са от INOX 316?

**ОТГОВОР №2.** - относно позиция 3 : Материал на камерата и плота: киселинно и алкалноустойчив (включително на изпарения и водни разтвори на силни киселини);термоустойчив,неабсорбиращ радиоактивни вещества и лесно дезактивиращ се. Ако фирмата представи сертификат, доказващ тези качества за INOX 316, то е възможно той да бъде използван.

**ВЪПРОС: 3. Поз.12**

- застопоряване

Има се предвид: Шкаф под плота с размери 450x500x630 с три чекмеджета, с колела с възможност за застопаряване

**ОТГОВОР №3.** - относно позиция 12 : Има се предвид шкаф с размери 450/500/700 с едно чекмедже и шкаф под него с рафт на колела с възможност за застопаряване.

**ВЪПРОС: 4. Поз.22**

-           Материал за изработка - метал - устойчив на киселини, основи, органични разтворители

Има се предвид шкафът и рафтовете да са от INOX 316?

**ОТГОВОР №4.** - относно позиция 22 : Шкафът и рафтовете може да са от INOX 316.

/           **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

  
**АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ**

09.05.12