



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС	
ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАБОРАТРОНИ КАМИНИ, ЛАБОРАТОРИИ МИВКИ И ЛАБОРАТОРИИ МАСИ И ШКАФОВЕ ЗА 5,6 ЕРХЛ И СК ”	ОТ: АЛ. НИКОЛОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НАШ № 3427 ДАТА: 09 05 2012 ВАШ № БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересован участник в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

В приложение 1 за позиции 1 и 2 е записано „ . . . отварящи се странични стъкла . . . ”, потвърдено от вас и в отговор на въпрос зададен от участник в процедурата (Ваш Изх.Номер 3195 от 27.04.2012).

В разговор с един от водещите производители на оборудването с което искаме да участваме – фирма xxxxxxxx бе изтъкнато, че химическите камини отговарят на стандарт за безопасност EN14175 и в утвърдените и одобрени модели на фирмата няма такива с отварящи се странични стъкла и височина 1800 mm.

Моля да ни изпратите примерен модел, производител или снимка за да може да се уверим, че правилно тълкуваме вашето изискване, както и да обясните необходимостта от отваряне на страничните стъкла (според специалистите на фирмата производител такава камина няма да отговаря на стандарта за безопасност EN14175).

Ще приемете ли оферта за модел (специално изработен по специалната ваша поръчка), който няма типово одобрение за съответствие със стандарта за безопасност EN14175

ОТГОВОР:

1. Норади естеството на извършваната работа в лабораториите, ние държим страничните стъкла да бъдат отваряеми. Лабораторни камини с височина 1800 съществуват, в момента работим с такива, производство на фирма “xxxxxxxx”.
2. В техническата спецификация нямаме изискване за спазване на стандарт по безопасност EN 14175.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДР НИКОЛОВ

