



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на технически газове и еталонни газови смеси”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: В техническа спецификация за газове и газови смеси, **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ X**, No: 5 (87822) Еталонна газова смес – Кислород / Азот, е записано: O₂/N₂(20-22) об%, +/- 0,4 об%.

Моля да се уточни за кой газ е стойността 20-22 об% (азот или кислород) и за кой газ е отклонението от +/- 0,4 об%?

ОТГОВОР: Стойността (20-22) об.% е за газ кислород и отклонението +/- 0,4 об.% е също за газ кислород.