



ТЕЛЕФАКС	
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ (СТЪКЛАРИЯ И ПЛАСТМАСА), ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ХИМИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ"	ОТ: ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
	ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
	НАШ № 6003
	ДАТА: 31.07.12
	ВАШ №
БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 2	

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси по Техническата спецификация в документацията за участие с горепосочения предмет, Ви предоставяме информация за въпросите и отговорите:

Въпроси за “Обособена поз.№1 Лабораторни мерни съдове – стъклени

Подпозиция № 18 Ще приемете ли колба за йодно число със стъклена запушалка?

Подпозиция № 20, 21, 22 Ще приемете измерителни цилиндри със стъклена основа?”

Отговори за Обособена поз.№1:

Подпозиция № 18: да.

Подпозиция № 20,21,22: да.

Въпроси за “Обособена поз.№2 Лабораторни принадлежности

Подпозиция № 9 Моля уточнете материала на мембраната на филтъра? Бихте ли конкретизирали посоченото в спецификацията количество от 10 бр. дали се отнася за 10 опаковки и моля уточнете количеството филтри в една опаковка?

Подпозиция № 6, 7, 25, 26, 28 Бихте ли уточнили посоченото в описанието на позициите изискване Eppendorf означава ли пипета производство на фирма Eppendorf или съвместимостта ѝ с накрайници тип Eppendorf?

Подпозиция № 15 В описанието на позицията като опаковка е посочено 10x1000 бр., и съответно в графа количество е посочено “6”. Бихте ли конкретизирали исканото количество? 6 x (10 x 1000) = 60 000 бр. общо или желаете 6 x 1000 = 6 000 бр. общо?

Подпозиция № 18 Бихте ли приели тава с размери на основата 300 x 240 мм и външни размери 370 x 310 височина 75мм?

Подпозиция № 34 Моля уточнете материала на мембраната на филтъра?

Подпозиция № 52 Моля уточнете материала на филтъра – за количествен или качествен анализ? В описанието на позицията е посочена опаковка от 100 бр. като в графа количество е отбелязано ”50” и в графа мерна единица: “бр.”. Бихте ли пояснили исканото от Вас количество: 50 бр. т.е. половин опаковка или 50 x 100 = 5 000 бр. общо 50 оп.”

Отговори за Обособена поз.№2:

Подпозиция № 9: целулозо–нитратен филтър; количество – 10 опаковки по 100 броя, т.е.1000 бр.

Подпозиция № 6, 7, 25, 26, 28: да означава автоматични пипета Eppendorf.

Подпозиция № 15 количество 6000 бр.

Подпозиция № 18 не.

Подпозиция № 34 целулозо–нитратен филтър.

Подпозиция № 52 хартиен филтър, количество-50опаковки по 100 броя, т.е.5000 бр.

Въпроси за Обособена поз.№3 Лабораторни съдове – други

Подпозиция № 9 Моля уточнете дали желаете цял комплект система за определяне на масло във вода или само резервна мерителна епруветка към системата?

Подпозиция № 10 Бихте ли приели Стъклена вана с определен толеранс в размерите?”

Отговори за Обособена поз.№3:

Подпозиция № 9: само резервна мерителна епруветка.

Подпозиция № 10: допустимо е отклонение от посочените размери с не повече от 20мм.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ