



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## Т Е Л Е Ф А К С

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ,  
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ В  
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА  
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “ДОСТАВКА НА  
ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ (СТЪКЛАРИЯ  
И ПЛАСТМАСА) ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
И КОНСУМАТИВИ ЗА ХИМИЧНИ  
ЛАБОРАТОРИ”

ОТ: В. НИКОЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАШ № 6107

ДАТА: 11.09.2012

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 4

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от заинтересован участник в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**Въпрос 1:** В Лот 1- Лабораторни мерни съдове – стъклени за позиции 20, 21 и 22 не е посочен клас за исканите цилиндри. Бихте ли приели мерителни цилиндри клас В?

**Отговор:** Не.

**Въпрос 2:** За Лот 2-Лабораторни принадлежности позиция 5 -Бихте ли приели 4 опаковки от 250бр. накрайници за 1 опаковка от 1000бр. накрайници?

**Отговор:** Да.

**Въпрос 3:** За Лот 2-Лабораторни принадлежности позиции 6 и 7 -Бихте ли приели опаковка от 1000бр. накрайници? В случай на положителен отговор, бихте ли уточнили какъв трябва да бъде общия брой на оферираните опаковки 3 или 6?

**Отговор:** Имаме по една пипета от двата вида. Ако накрайниците са еднакви – може 1 опаковка от 1000 бр., но ако са различни – и от двата вида по 1 опаковка от 1000 бр.

**Въпрос 4:** За Лот 2-Лабораторни принадлежности позиция 9 „Филтър мембранен, размер на порите 0.45µm, d=47mm” –бихте ли пояснили вида на мембрания филтър- целулозно-нитратен, целулозно-ацетатен, микс от целулозни естери или др.?

**Отговор:** Целулозно – нитратен

**Въпрос 5:** За Лот 2-Лабораторни принадлежности позиция 11 „Статив за пипети,материал-полипропилен,син, с две основи, вертикален”. Бихте ли пояснили за колко на брой пипети, трябва да бъде статива и бихте ли приели статив с др. цвят различен от синия?

**Отговор:** Цвета е без значение. Min. 10бр. Пипети

**Въпрос 6:** За Лот 2-Лабораторни принадлежности позиция 13 ”Тава лабораторна, РР, киселиннoустойчива 300/240/70mm” Бихте ли приели тава с основа 300/240 и общи размери 310×370×75 mm?

**Отговор:** Да

**Въпрос 7:** За Лот 2-Лабораторни принадлежности позиция 19 „Щипка за бюрета“. Необходимо ли е щипката да има директна възможност за закрепяне към статив?

**Отговор:** Да

**Въпрос 8:** За Лот 2-Лабораторни принадлежности позиция 20 „Щипка за тигли; L=23см“ Бихте ли приели щипка с дължина 25см?

**Отговор:** Да

**Въпрос 9:** За Лот 2-Лабораторни принадлежности позиция 32 Бихте ли приели опаковка от 250бр. накрайници?

**Отговор:** Да

**Въпрос 10:** За Лот 2-Лабораторни принадлежности позиции 33 „Пипета за еднократна употреба(полиетилен), 3мл, градуирана, нестерилна, 500 броя в опаковка“, 39 „Пипета за еднократна употреба, тип PE-LD, 5 мл“, 40 „Пипета за еднократна употреба; тип PE-LD, 2мл“, 41 „Пипета за еднократна употреба; тип PE-LD, 1мл“ и 45” Пипета за еднократна употреба; тип PE-LD, 3мл“. Бихте ли конкретизирали вида на пипетите?

**Отговор:** ПРИМЕРНО TRANSFER PIPETTES – стр.612.36 и 612.37 от VWR International Catalogue 2009-2010

**Въпрос 11:** За Лот 2-Лабораторни принадлежности позиция 34 „Филтър мембранен, размер на порите 0.45µm, вътрешен диаметър 50мм, 1бр.опак.=100филтъра“ Бихте ли уточнили вида на филтъра и какво се има в предвид под вътрешен диаметър?

**Отговор:** Целулозно нитратен, диаметър на филтъра 50мм

**Въпрос 12:** За Лот 2-Лабораторни принадлежности позиция 35 „Кошница за реактиви, метална, с полимерно покритие, за реактивни бутилки 8x1л“ Бихте ли приели кошница метална с полимерно покритие за 6 бутилки или метална без покритие за 8 бутилки?

**Отговор:** Не приемаме различна

**Въпрос 13:** За Лот 2-Лабораторни принадлежности позиция 38 Ваничка (сушилник) за пипети, лабораторна, размери:280/220/29мм. Бихте ли приели вана с размери 283x216x 40мм?

**Отговор:** Да

**Въпрос 14:** За Лот 2-Лабораторни принадлежности позиция 52 „Филтър нагънат ф24см; 1бр.опаковка=100бр. филтри“. Бихте ли посочили вида на филтъра- за качествен или количествен анализ и с каква скорост на филтруване-бавна, средна или бърза?

**Отговор:** ЗА КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ, БЪРЗО ФИЛТРУВАНЕ

**Въпрос 15:** За Лот 2-Лабораторни принадлежности

**Отговор:** няма зададен въпрос

**Въпрос 16:** За Лот 3 Лабораторни съдове – други позиция 9 „ Приемник за определяне вода в масло по Дин и Старк; обхват 2мл, градуировка през 0,05мл“ Бихте ли уточнили какво се има в предвид под приемник- бюрета 2мл с градуировка през 0,05мл или нещо друго?

**Отговор:** Пълно описание на приемника, който е част от апаратурата (апарат на Dean-Stark) за определяне съдържанието на вода в нефтопродукти, е дадено на стр. 9 (фиг.б) и стр. 10 в стандарт БДС ISO 3733:2003 - Нефтопродукти и битумни материали. Определяне съдържанието на вода. Дестилационен метод .

**Въпрос 17:** За Лот 3 Лабораторни съдове – други позиция 10 „Вана стъклена, дебелостенна, L=200мм, H=240мм, W=220мм” Бихте ли присли вана с размери -300×220×240 mm или 250×180×220 mm?

**Отговор:** Да, с размери 300×220×240 mm .

**Въпрос 18:** За Лот 3 Лабораторни съдове – други позиции 11 Лабораторно шише Стъклено, прозрачно, V= 250 мл с широк отвор, конически рамене, пластмасова запушалка и плоско дъно и 12 Лабораторно шише Стъклено, прозрачно, V= 500 мл с широк отвор, конически рамене, пластмасова запушалка и плоско дъно. Бихте ли уточнили дали се има предвид лабораторно шише с винтова капачка?

**Отговор:** Да

**Въпрос 20:** За Лот 4 Лабораторни съдове – пластмасови позиции 1 Епруветка Центрофужна, 250ml, полипропилен, d=60мм, h=110мм за центрофуга химична и 2 Епруветка Центрофужна, 500ml, на винт с капачка d=65мм, h=165мм за центрофуга химична Бихте ли уточнили дали се има предвид центрофужни бутилки?

**Отговор:** За поз.1 са епруветки, а за позиция 2-центрофужни бутилки.

**Въпрос 21:** За Лот 4 Лабораторни съдове – пластмасови позиция 3 Фуния пластмасова, ф 60ммл Бихте ли приели фуния с диаметър 62мм?

**Отговор:** Да

**Въпрос 22:** За Лот 4 Лабораторни съдове – пластмасови позиция 5 „Флакони Пластмасов, 200 мл, с капачка на винт, диаметър на дъното 45 мм, височина 165 мм, отвор на гърлото 20 мм”. Бихте ли приели флакон с диаметър 52мм и височина 145мм или квадратен флакон 45мм и височина 153мм, диаметър на гърлото 21мм

**Отговор:** Да

**Въпрос 23:** За Лот 2-Лабораторни принадлежности- Във връзка с Ваше Разяснение от 31.08.2012г., в което се казва, че за обособени позиции 6, 7, 25, 26 и 28 се има предвид пипета производство на фирма Eppendorf, означава ли че участник предложил пипета, която отговаря на техническите изисквания, но не е произведена от фирма Eppendorf, ще бъде отстранен от участие по тази обособена позиция?

**Отговор:** може и да са и на друг производител, но да отговарят на техн.изисквания и окомплектовката с накрайниците да е такава, че да е съвместима с предложените пипети.

**Въпрос 24:** За Образец към предложението за изпълнение на поръчката –Какво трябва да се запише в графа 11 „Стандарт” за Лот 2, Лот 3 и Лот 4, в случаите в които липсват такива стандарти?

**Отговор:** Да се попълни, където е приложимо.

**Въпрос 25:** За Образец към предложението за изпълнение на поръчката- Какво се има в предвид под „Забележка № 2 За всяка позиция се отбелязва гаранционен срок или срок на годност.”? Означава ли, че трябва да се попълва само една от двете графи (13 и 14), а и двете- в случаите когато това е приложимо? Какво трябва да се попълни в таблицата за съдовете, принадлежностите и консумативите, за които „гаранционен срок” и „срок на годност” са неприложими понятия?

**Отговор:** За позициите, отбелязани със \* се изисква 12 /дванадесет/ месеца гаранционен срок. За останалите позиции от спецификацията се изисква гаранционно задължение от 6/шест/ месеца. При доставка е невъзможно да се огледа на 100% получената лабораторна стъклария и принадлежности и тъй като получената стока няма да се използва веднага след доставка,

изискваме това гаранционно задължение. В този срок, евентуално при откриване на фабрични дефекти, дефектната стоката да бъде подменена от Изпълнителя за негова сметка. По отношение графата срок на годност в случай че не е приложима да се попълва “не приложимо”.

**Въпрос 26:** Как трябва да се посочва гаранционния срок и срока на годност: в дни, месеци или години?

**Отговор:** В месеци.

**Въпрос 27:** По обособена позиция 1, подпозиция 4, 5, 6 и 19: “Резил пипетки”: Бихте ли приели продукти от тези подпозиции, без партиден сертификат.

**Отговор:** Да

**Въпрос 28: По обособена позиция №4:** Подпозиция №1: Епруветка, центрофужна, 250 мл.: Бихте ли уточнили модела на центрофугата, за която ще бъде използвана.

**Отговор:** Центрофугата е Hermle Z513 (Germany), материала на епруветките е от полипропилен!

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

