

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет:
“Доставка на лабораторна апаратура по обособени позиции:
обособена позиция №1 - Инфрачервен спектрометър - 1бр., обособена позиция №2 -
Лабораторен титратор ръчен - 1бр.”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: В посочената спецификация по обособена позиция №2, за лабораторен титратор, ръчен, окомплектован с автоматична бюрета и магнитна бъркалка не е посочено искане за електрод- р Н, редокси електрод. Това означава ли, че такъв не е необходим и няма да се свързва към ръчния титратор т. е. той ще се използва само за дозиране на определен обем без да има необходимост от обратна връзка с електрод за потенциометрично титруване, редокс титруване, за определяне на TAN/TBN, FFA.

ОТГОВОР: Лабораторният ръчен титратор, окомплектован с автоматична бюрета и магнитна бъркалка по обособена позиция № 2 не трябва да бъде свързан с електрод (какъвто и да е по вид). Титраторът ще се използва за обемни количествени анализи т.е за титруване с помощта на индикатор, промяната на цвета му ще се следи от оператора визуално. Автоматичаната бюрета е за дозиране с определена скорост на титранта (разтвор на вещество с точна концентрация). Дозирането става с ръчен контролер, управляван от оператора.