



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП с предмет „Доставка на термохигрометри и термометри”

Уважаеми дами и господа,

АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че във връзка с постъпили въпроси относно процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП за „Доставка на термохигрометри и термометри”, прави следните уточнения:

1. Въпрос :

Обос.поз.1. Могат ли да се предлагат алтернативи? В т. 1.2.1 е записана „Възможност за съхраняване или разпечатване на данни от измерването ще се счита за предимство“. Един и същи модел уред се предлага в различни модификации с и без тази възможност.

Отговор :

Изискването за съхранение на данните от измерване не е посочено като задължително, а като евентуална възможност за надграждане и може да се посочи като опция с отделна цена.

2. Въпрос :

Обос.поз.1. Могат ли да се предлагат опции? В т.1.2.1. „Калъф за безопасно пренасяне ...“. Това е допълнителна опция липсва на която не променя функционалността и параметрите на уреда.

Отговор :

С оглед на съображения, посочени в Отговор №1, не е поставено изискването за калъф като задължително, а като опция. В случая е възможно опцията “калъф” да се посочи с отделна цена.

3. Въпрос :

Обос.поз.1. В т. 1.2.2 какво се разбира под „Време за фиксиране на резултат – не повече от 2 min”

Отговор :

Изискването е свързано с естеството на предвидената употреба и следва да се разбира като възможност да се получи резултат от съответното измерване за възможно най-кратко време. По тази точка следва да се посочи времето за извършване на единично измерване.

4. Въпрос :

Обос.поз.1. В т. 2.1 производителят не посочва жизнен цикъл. Уредът може да се ползва десетилетия при добро съхранение и правилно използване. Как да се докаже жизнения цикъл?

Отговор :

Изискването за жизнен цикъл е свързано с възможността на производителя да предоставя резервни части и консумативи за дадената апаратура в продължение на не повече от 5 години.

5.Въпрос :

Обос.поз.1. В т.1.1 не е указан броя на точките за калибриране на всеки параметър. Минималният брой е 2 бр.

Отговор :

Ако производителят не предоставя сертификат за калибриране в определени точки, да се използват следните точки за отделните параметри:

- за температура 20°C и 40°C
- за влажност 30% и 60%

6.Въпрос :

Обос.поз. 3. Може ли да се приеме обхват от (-)50°C до (+)380°C или обхватът е задължително до (+)400°C ?

Отговор :

Инфрачервеният термометър с ИД 102136 може да бъде с така предложения температурен обхват.

7.Въпрос :

Обос.поз 5. С директива на ЕС живачните термометри са забранени за продажба. Моля да уточните действително ли са необходими живачни термометри?

Отговор :

Приемаме аналог..

8.Въпрос :

Обос.поз 6. Зададен е обхват от 0°C до (+/-)120°C. Моля да уточните действително ли е необходим обхват от (-)120°C до (+)120°C.

Отговор :

Температурният обхват е от 0°C до (+)120°C.

Всички останали условия, посочени в обявлението остават не променени.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Емилия Митева на тел. 0973 / 7 34 83, или електронен адрес EGMiteva@npp.bg.