

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ (СТЪКЛАРИЯ И ПЛАСТМАСА), ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ХИМИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ."	ОТ: ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
	НАШ № 4516
	ДАТА: 19.06.2013.
	ВАШ №
БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1	

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовани лица за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

Обособена позиция 2: Лабораторни принадлежности

Позиция № 3: Кювета от оптично стъкло с размери 50x20x35 мм за фотоколориметър във видимата област на спектъра.

Въпрос: Моля за по-подробна информация за тази позиция. Какъв е фотоколориметърът?

Отговор: Стъклената кювета е с дължина на поглъщащия слой по закона на Буге-Ламбер-Беер $b = 50$ мм за фотоколориметър КФК-2, производство-Русия (Съветски съюз). От тук следва, че размерите на кюветата от оптично стъкло са дължина 50 мм, широчина 20 мм и височина 35 мм. Не се допускат никакви отклонения от посочените размери.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ**

