



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

5643
31.07.2013

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на манометри”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-4181/29.07.2013 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: В ТС №13.МО.ТСП.321 от документацията за участие, в ПРИЛОЖЕНИЕ №1 в Техническата спецификация от обособена позиция №2 (Образцови манометри) за поз. №7 е посочен манометър с диаметър Ø 100 мм, ще подхожда ли за тази позиция манометър със същите параметри, но с диаметър Ø 160 мм?

ОТГОВОР: Поради спецификата на монтиране, не е възможно увеличаване диаметъра на манометрите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ГЕНОВ

