



РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка с предмет:

**“Доставка на аудиометър и тимпанометър за нуждите на УНГ кабинет към СТМ на
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

В Указания за подаване на оферта, в т. 1 “Общи условия е посочено” – “Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции”. В Техническата спецификация, в т. 1.1 “Описание на оборудването” е посочено, че обект на доставката са 2 апарата, които да използват един и същ софтуер.

Какво следва да се разбира под един и същ софтуер:

1. Софтуер под една и съща операционна система (ако е така моля уточнете – Windows , Linux или друга).
2. Софтуер от един и същи производител.
3. Друго определение.

ОТГОВОР:

1. Аудиомерърът и тимпанометърът трябва да работят под операционна система Windows.
2. Аудиомерърът и тимпанометърът не е нужно да са със софтуер на един и същ производител.

ВЪПРОС:

В Техническата спецификация на Диагностичен аудиометър, какво следва да се разбира под “Хибриден интерфейс – Да, пълен хибрид”?

ОТГОВОР:

Хибриден интерфейс – комбинирано управление както от апаратите, така и от компютъра.

ВЪПРОС:

В изискването за комплект резервни части фигурира и графа “Срок на годност”.
Какъв следва да се посочи:

1. Срок на годност при съхранение.
2. Ориентировъчен срок на експлоатация, след който послежат на смяна.

ОТГОВОР:

Под “Срок на годност” за резервните части следва да се разбира Срок на годност при съхранение на резервните части.