



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка и монтаж на оборудване за лабораторни помещения Б 439, Б 440, Б 441 и Б 442
в контролирана зона на ЕП-2”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Материал на краката – метал, цвят – инокс.

Краката да бъдат изработени от неръждаема стомана или да са от обикновена конструкционна стомана, боядисани в цвят наподобяващ цвета на инокса? Ако държите на точно определен цвят, моля специфицирайте го по RAL.

ОТГОВОР:

Краката могат да бъдат изработени от обикновена конструкционна стомана и боядисани в цвят наподобяващ цвета на инокса, като не е необходимо да се придържа към строго определен цвят по RAL.

ВЪПРОС:

Плот с меламиново покритие с възможност за дезактивация със спирт и водни разтвори на слаби киселини. Какво разбирате под дезактивация?

ОТГОВОР:

По дефиниция “дезактивация” е отстраняването или намаляването на радиоактивно замърсяване от някаква повърхност или среда. В тази връзка специфицираното оборудване ще се използва в лабораторни помещения в контролираната зона на ЕП-2, където поради спецификата на работа е възможна поява на радиоактивно замърсяване на плотовете му. Това ще наложи периодично провеждане на дезактивация при необходимост.

ВЪПРОС:

Шкафовете трябва ли да имат възможност за вентилация? (за отвеждане на вредни летливи вещества)

ОТГОВОР:

В Техническо задание № 2013.30.РК.XQ.T3.1133 за нито една от специфицираните позиции не се поставя изискване за отвеждане на вредни летливи вещества.