



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет:
“ Доставка на ултразвукови разходомери.”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

1. ВЪПРОС:

Разходомерите за чисти флуиди с газова фаза до 5% от една страна и разходомерите за течности с примеси или с газова среда над 5% са от различен вид.

Моля да уточните, колко броя ще се използват за чисти флуиди без мехурчета над 2%-5% и колко от разходомерите ще се използват за измерване на течности с примеси или с газова фаза над 5% до 30%.

Какъв да бъде резервният разходомер?

1. ОТГОВОР:

Съгласно техническото задание предлаганите разходомери трябва да имат възможност за измерване на **свръх чиста вода**, замърсени течности, химически реагенти, при наличие на газова фаза и твърди частици **до 30%** и отчитане. Всички разходомери са от един вид.

2. ВЪПРОС:

Съгласно заданието разходомерите ще се използват за технологични нужди, а не за търговско мерене.

Необходимо ли е действително да притежават Удостоверение за одобрен тип съгласно т. 7.2. Квалификация, лицензи, сертификати и разрешения от Техническото Задание?

2. ОТГОВОР:

Не е необходимо предлаганите разходомери да са одобрен тип по смисъла на закона за измерванията/член 5/. Разходомерите са предназначени за технологични измервания и не са основа за общински вземания и търговски плащания.