



ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Обществена поръчка по реда на чл.14 от ЗОП с обект „Доставка на преносими газанализатори”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави уточнения по техническата спецификация на обществена поръчка с предмет „Доставка на преносими газанализатори при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет - страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес: www.kznpp.org/ **Актуално/ Обществени поръчки / Конкурси по оферти / 28071** .

Въпрос 1. Посоченото тегло от 300 гр. се отнася само за уреда или за уреда заедно с помпата?

Отговор: Посоченото тегло се отнася само за уреда с акумулаторния блок.

Въпрос 2. Класът на прахо и влаго защита, IP 67 се отнася за уреда при самостоятелната му работа или при съвместната му работа с помпата, тъй като при работа на уреда с помпата е възможно попадането на твърди частици (прах) или течности в уреда, след засмукването им чрез помпата, което автоматично понижава класа защита на уреда.

Отговор: Класът на прахо и влаго защита, IP 67 се отнася за уреда, тъй като много често се използва самостоятелно без помпата.

Въпрос 3. Допуска ли се уредът да се достави с литиево-йонна или литиево-полимерна батерия, които за разлика от NiMH нямат така наречения "memory" ефект или ефект на запомняне на зарежданията, който ефект драстично намалява живота на батерията.

Отговор: Допуска се уредът да се достави с алкални батерии, които да могат да се зареждат в апарата.

Всички останали условия, посочени в обявлението остават не променени.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Емилия Митева на тел. 0973 / 7 34 83, или електронен адрес EGMiteva@npp.bg.