



РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка и монтаж на лабораторно обзавеждане”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1:

Моля да уточните размерите в 10 подпозиция, маса лабораторна?

ОТГОВОР 1:

Маса лабораторна с покритие на плота от НРL и дебелина на плота 38мм. Плотът от НРL да е устойчив на ацетон, алкохол, разтворители и до 10% концентрация на амоняк. Височина на масата 750mm, ширина 1200mm и дължина 1600mm. Разположението на краката на масата да позволява ползването при седящо положение от всички страни. Цветът на плота да имитира ламинат череша. Металните части и краката на масата да са боядисани с антикорозионна боя устойчива на киселини и основи. Лабораторната маса да е с крачета и предпазни подложки за под.