



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Обществена поръчка по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП с предмет „Доставка и монтаж на лабораторно обзавеждане”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави уточнения по техническата спецификация от обществена поръчка с предмет “Доставка и монтаж на лабораторно обзавеждане”, при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет - страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес: www.kznpp.org/ Актуално/ Обществени поръчки / Конкурси по оферти /28681

Въпрос: Материалът на плота меламин ли трябва да е или да е устойчив на концентрирани киселини и основи?

Отговор: Основно изискване е плотът да е устойчив на концентрирани киселини и основи т.е може да не е меламин.

Въпрос: Допуска ли се изработване на шкафове от метал с повърхност, устойчива на киселини и основи?

Отговор: Не се допуска шкафове да са изработени от метал.

Въпрос: Допускат ли се размери близки до посочените в техническата спецификация?

Отговор: Размерите ще се взимат на място, но посочените в техническата спецификация са съобразени с наличното място в помещението за монтаж, поради което се допуска минимално различие.

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Цветелина Тр. Йотова на тел. 0973/76163 или електронен адрес ctyotova@npp.bg.