



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

- Проект на решение
 Решение за публикуване

Номер: ЗОП-Р- *32* от 02/02/2015 дд/мм/гггг

- А) за откриване на процедура
 Б) за промяна
 В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

- чл. 3, ал. 1 от ЗОП
 чл. 3, ал. 2 от ЗОП
 Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00353

Поделение: _____

Изходящ номер: ЗОП-Р- *32* от дата 02/02/2015

Коментар на възложителя:

22 - 646187

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Адрес
3321, гр. Козлодуй

Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава Република България
------------------	----------------------	----------------------------------

За контакти отдел "Обществени поръчки", ние "Търговско"	у- Телефон 0973 76136
---	-----------------------------

Лице за контакт
Маргарита Маринова

Електронна поща mvmarinova1@npp.bg	Факс 0973 76007
---	--------------------

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.kznpp.org

Адрес на профила на купувача:
http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders&id=2117

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input type="checkbox"/> Обществени услуги |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | <input type="checkbox"/> Отбрана |
| <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган | <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | <input type="checkbox"/> Околна среда |
| <input type="checkbox"/> Публичноправна организация | <input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност |
| <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | <input type="checkbox"/> Здравеопазване |
| <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____ | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| | <input type="checkbox"/> Социална закрила |
| | <input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия |
| | <input type="checkbox"/> Образование |
| | <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____ |

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | <input type="checkbox"/> Пощенски услуги |
| <input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Вода | <input type="checkbox"/> Летищни дейности |

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА****II.1) Обект на поръчката**

- Строителство
 Доставки
 Услуги

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление)

Доставка на мобилен аерозолен алфа/бета монитор и дозиметър с телескопичен детектор за измерване на мощност на еквивалентна доза от гама-лъчение

II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)

Доставка на мобилен аерозолен алфа/бета монитор и дозиметър с телескопичен детектор за измерване на мощност на еквивалентна доза от гама-лъчение
 Настоящата обществена поръчка включва доставка на мобилен аерозолен алфа/бета монитор и дозиметър за измерване на мощност на еквивалентна доза гама лъчение и обучение на специалисти за работа с тях.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното обявление)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	38341000	

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)

- Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
- | | | |
|----------------------|---|--------------------------|
| Открита процедура | <input type="checkbox"/> Ускорена на договаряне с обявление | <input type="checkbox"/> |
| Ограничена процедура | <input type="checkbox"/> Договаряне без обявление | <input type="checkbox"/> |

Ускорена ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Състезателен диалог	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>	
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Открита процедура	<input checked="" type="checkbox"/> Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**Процедурата е открита с решение**

Номер: ЗОП-Р-276 от 12/11/2014 дд/мм/гггг

III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)

БД АЕЦ Търговия ОП 28838

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна) SIMAP Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа в РОП: 2014-633039

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)

III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: _____/S- от _____

III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00353-2014-0206 (nnppp-uuuu-xxxx)

III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки: 633039 (Ако в поле III.4.3 е избрано "решение и обявление" се посочва номерът на обявлението в РОП)

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение

Дата: 12/11/2014 дд/мм/гггг

IV: ПРЕКРАТЯВАМ процедура за възлагане на обществена поръчка обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка**IV.1) Правно основание**Чл. 39, ал. 1, т. ___ от ЗОП Чл. 39, ал. 2, т. ___, буква ___ от ЗОП

точка: 2

буква: а б в**IV.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция**

Само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя, което води до липса на реална конкуренция и до невъзможност да се сравни офертата в конкурентна среда.

Отстранявам:

"ЕКОПРОГРЕС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ООД, гр. София на основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с мотива, че представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно: - предложеният срок за изпълнение на поръчката е 180 календарни дни, което не съответства на посоченият от Възложителя в т. II.3) от Обявлението, срок на изпълнение - 90 дни.

"КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София на основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с мотива, че представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно: - температурата на околната среда за работа на предложения дозиметър е

от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$, което не съответства на изискванията на Техническо задание № 14.50.XOГ.ТЗ.63, температура на околната среда: от -20°C до $+50^{\circ}\text{C}$; - не е посочено изискването на т.2.3. от Техническо задание № 14.50.XOГ.ТЗ.63 "Стойностите на мощността на дозата на измервателния обхват (10 Sv/h) да се индицират като претоварване, до мощности на дозата до 100 Sv/h".

"ТУВИ" ЕООД, гр. Пловдив на основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с мотива, че представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно: - предложеният дозиметър е с IP54, което не съответства на изискванията на Техническо задание № 14.50.XOГ.ТЗ.63, "Конструкцията и корпусът на дозиметъра да осигуряват степен на защита срещу проникване на прах и при потапяне във вода със сгънат телескоп, отговарящ на IP67"; - не е посочено изискването на т.2.3. от Техническо задание № 14.50.XOГ.ТЗ.63 "Дозиметърът да запазва работоспособност, след облъчване с мощности на дозата до 100 Sv/h"; - не е посочено изискването на т.2.3. от Техническо задание № 14.50.XOГ.ТЗ.63 "Стойностите на мощността на дозата на измервателния обхват (10 Sv/h) да се индицират като претоварване, до мощности на дозата до 100 Sv/h"; - предложеният срок за изпълнение на поръчката е 120 календарни дни, което не съответства на посоченият от Възложителя в т. II.3) от Обявлението, срок на изпълнение - 90 дни.

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на съответната процедура)

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се прекратява процедурата

Обособена позиция № 2 - Доставка на дозиметър с телескопичен детектор за измерване на мощност на еквивалентна доза от гама-лъчение

IV.4) Най-ниска офертирана цена

(посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс на възложителя)

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

Да Не

V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република

България

Телефон

02 9884070

Електронна поща

srcadmin@src.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

www.src.bg

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Продължава от т. IV.2)
 "ЕНЕРГОСЕРВИЗ" АД, гр. София на основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с мотива, че представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно: - не е посочено изискването на т.2.1. от Техническо задание № 14.50.ХОГ.ТЗ.63 "Конструкцията и корпусът на дозиметъра да осигуряват степен на защита срещу проникване на прах и при потапяне във вода със сгънат телескоп, отговарящ на IP67";- температурата на околната среда за работа на предложеният дозиметър е от -10°C до +50°C, което не съответства на изискванията на Техническо задание № 14.50.ХОГ.ТЗ.63, температура на околната среда: от -20°C до +50°C;- предложеният дозиметър има измервателен обхват за мощност на дозата: 0.5 µSv/h ÷ 10 Sv/h, което не съответства на т.2.2. от Техническо задание № 14.50.ХОГ.ТЗ.63 "Дозиметърът трябва да измерва мощност на еквивалентна доза за околна среда - Н *(10): обхват на измерване от 0,1 µSv/h до 10 Sv/h";- предложеният дозиметър има работоспособност 70 часа, което не съответства на т.2.2. от Техническо задание № 14.50.ХОГ.ТЗ.63 "Работоспособността на дозиметъра с нови батерии да бъде минимум 100 часа";- предложеният дозиметър е с размери: дължина на телескопичния водач в събрано състояние 107 см, дължина на телескопичния водач в разгънато състояние 337 см, което не съответства на т.2.2. от Техническо задание № 14.50.ХОГ.ТЗ.63 "размери: при събран телескоп - max 100 см, при разгънат телескоп - 400÷450 см";- не е посочено изискването на т.2.2. от Техническо задание № 14.50.ХОГ.ТЗ.63 "Енергийна зависимост и зависимостта от посоката (±45° около преференциалната посока) - грешката не трябва да превишава ±40%";- не е посочено изискването на т.2.3. от Техническо задание № 14.50.ХОГ.ТЗ.63 "Дозиметърът да запазва работоспособност, след облъчване с мощности на дозата до 100 Sv/h";- не е посочено изискването на т.2.3. от Техническо задание № 14.50.ХОГ.ТЗ.63 "Стойностите на мощността на дозата на измервателния обхват (10 Sv/h) да се индицират като претоварване, до мощности на дозата до 100 Sv/h";- не е посочена годината на производства на предлагания дозиметър, което не съответства на т.2.5. от Техническо задание № 14.50.ХОГ.ТЗ.63 "Доставеният дозиметър да е произведен не по-рано от 2013 г.";- предложеният срок за изпълнение на поръчката е 4 месеца и 2 седмици, което не съответства на посоченият от Възложителя в т. II.3) от Обявлението, срок на изпълнение - 90 дни.

VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 02/02/2015 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

Димитър Костадинов Ангелов

Длъжност:

Изпълнителен Директор

