



УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
16.03.2015 г. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



ДОКЛАД

На 24.02.2015 г., в изпълнение на Заповед №АД-47/09.01.2015 г. на Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Емил Шербанов – Ръководител сектор “Технологични измервания и автоматика”, Цех “Системи за контрол и управление”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”,

Членове: 1. Бисер Мадански – Ръководител група “Технологични измервания”, Сектор “Технологични измервания и автоматика”, Цех “Системи за контрол и управление”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”;

2. Детелин Василев – Ръководител лаборатория “Автоматичен химичен контрол”, група “Технологични измервания”, Сектор “Технологични измервания и автоматика”, Цех “Системи за контрол и управление”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”;

3. Лора Лазарова – Специалист обществени поръчки, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”;

4. Ралица Арсенова – Старши юрисконсулт, Отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”,

се събра да отвори постъпилите оферти на участниците, поканени за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на анализатори за разтворен кислород и референтен прибор за проверка”**, открита с решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка с №ЗОП-Р-285/03.12.2014г.

Новоприсъстващите членове Детелин Василев и Ралица Арсенова, подписаха декларации по чл. 35 от Закона за обществените поръчки

На заседанието на комисията присъстваха представители на Участници, съгласно приложен присъствен списък, неразделна част от настоящия доклад.

Комисията установи:

1. На основание Протокол от 26.01.2015 г. и Решение №АД-27/27.01.2015 г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за предварителен подбор по електронен път с електронен подпис е изпратена покана с рег. № ЗИД-126/11.02.2015 г. до следните Кандидати:

“Загорски ХМ” ЕООД, гр. Стара Загора

“Интертех Аутомейшън” ООД, гр. София

“Аквахим” АД, гр. София

“Енергосервиз” АД, гр. София

2. Срокът за представяне на първоначалните оферти е 16.00 часа на 23.02.2015 г.

3 В този срок са постъпили 4 (четири) оферти, както следва:

Вх. № ОП - 253/19.02.2015 г., 08:39 ч. **“Загорски ХМ” ЕООД, гр. Стара Загора**
Вх. № ОП - 272/23.02.2015 г., 09:03 ч. **“Интертех Аутомейшън” ООД, гр. София**
Вх. № ОП - 281/23.02.2015 г., 13:34 ч. **“Аквахим” АД, гр. София**
Вх. № ОП - 286/23.02.2015 г., 15:57 ч. **“Енергосервиз” АД, гр. София**

Комисията отвори получените оферти по реда на тяхното постъпване в Централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и констатира, че получените оферти съдържат два отделни запечатани плика с предложение за изпълнение на поръчката и предлагана цена.

Поради спецификата на процедурата и необходимостта от сравняване на всяко едно предложение за изпълнение на поръчката с изискванията на Техническото задание към документацията за участие в процедурата, комисията реши да продължи работата си на следващо заседание. Техническите лица, членове на комисията се запознаха подробно с представените от Участниците предложения за изпълнение на поръчката и констатираха следното:

“Загорски ХМ” ЕООД, гр. Стара Загора

Участникът е предложил доставка на оборудване производство на SWAN Analytical Instruments AG, Швейцария.

За позиция № 1 - анализатори за разтворен кислород в свръх чисти води предложението е за доставка на анализатор АМІ Охуtrace QED.

За позиция № 2 - сертифициран референтен прибор за проверка и настройка на анализаторите - предложението е за доставка на анализатор АМІ INSPECTOR Охуген.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя, а именно: не е изпълнено следното изискване, заложено в Техническо задание №2014.30.ВХР.РХ.ТЗ.1243/26.05.2014г.:

- В списъкът с документи, съпътстващи доставката липсва калибровъчно свидетелство от акредитирана лаборатория за референтния прибор.

Участникът е приложил доказателства удостоверяващи, че стоката отговаря на посоченото в техническата му спецификация

Участникът е предложил гаранционен срок – 24 месеца. Не е предложен срок на доставка.

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

“Интертех Аутомейшън” ООД, гр. София

Участникът е предложил доставка на оборудване производство на Endress+Hauser, Германия.

За позиция № 1 - анализатори за разтворен кислород в свръх чисти води предложението е за доставка на модел Liquiline CM442.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя, а именно: Не са изпълнени следните изисквания, заложи в Техническо задание №2014.30.ВХР.РХ.ТЗ.1243/26.05.2014г.:

- Анализаторът не измерва разхода на пробата с вграден разходомер. Предложението е за монтаж на външен разходомер, модел Flowphant DTT 31.’

- Измервателната част (електронния блок) е с размери Ш/В/Д съответно 237/194/162мм., което надвишава допустимите максимални размери от 170/220/90мм.;

- Грешката на измерване от 1,25% от измервателния обхват на електрода надхвърля допустимата грешка от 0,2ppb.

За позиция № 2 - сертифициран референтен прибор за проверка и настройка на анализаторите - предложението е за доставка на анализатор модел Liquiline CM442.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя, а именно: не са изпълнени следните изисквания, заложи в Техническо задание №2014.30.BXP.RX.T3.1243/26.05.2014г.:

- Анализаторът не измерва разхода на пробата с вграден разходомер. Предложението е за монтаж на външен разходомер, модел Flowphant DTT 31.

- Грешката на измерване от 1,25% от измервателния обхват на електрода надхвърля допустимата грешка от 0,2ppb.;

- Анализаторът не е предназначен за хранване с акумулаторни батерии. Той се хранва от 24VDC, като доставката не комплектована с адаптер за 220VAC.

Участникът е приложил доказателства удостоверяващи, че стоката отговаря на посоченото в техническата му спецификация

Участникът е предложил гаранционен срок – 24 месеца. Предложеният срок на доставка е до 30 календарни дни.

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

“Аквахим” АД, гр. София

Участникът е предложил доставка на оборудване производство на Termo Scientific, САЩ.

За позиция № 1 - анализатори за разтворен кислород в свръх чисти води предложението е за доставка на анализатор модел 1816DO.

Не са изпълнени следните изисквания, заложи в Техническо задание №2014.30.BXP.RX.T3.1243/26.05.2014г.:

- Предлаганият анализатор не притежава вградена автоматична компенсация на атмосферното налягане;

- Обхватът на измерване е автоматичен от 0.01ppb до 9999ppb, при изискване той да е свободно избираем от 0ppb до 25ppb и от 0ppb до 100ppb;

- Анализаторът е комплектован със сонда модел 181621. Съгласно приложената към офертата каталожна информация обхватът на измерване на сонда 181621 е 0.01÷9.99ppb, което не покрива изисквани от техническото задание обхвати до 100ppb.;

- Анализаторът не измерва разхода на пробата с вграден разходомер. Предложението е за монтаж на външен разходомер, модел SQ0500 IFM.;

- Измервателната част (електронния блок) е с размери Ш/В/Д съответно 16/26/9см., което надвишава допустимите максимални размери от 17/22/9см.

За позиция № 2 - сертифициран референтен прибор за проверка и настройка на анализаторите - предложението е за доставка на анализатор модел 1816DO.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя, а именно: Не са изпълнени следните изисквания, заложи в Техническо задание №2014.30.BXP.RX.T3.1243/26.05.2014г.:

- Предлаганият анализатор не притежава вградена автоматична компенсация на атмосферното налягане;

- Обхватът на измерване е автоматичен от 0.01ppb до 9999ppb, при изискване той да е свободно избираем от 0ppb до 25ppb и от 0ppb до 100ppb;

- Анализаторът е комплектован със сонда модел 181621. Съгласно приложената към офертата каталожна информация обхватът на измерване на сонда 181621 е 0.01÷9.99ppb, което не покрива изисквани от техническото задание обхвати до 100ppb.;

- Анализаторът не измерва разхода на пробата с вграден разходомер. Предложението е за монтаж на външен разходомер, модел SQ0500 IFM.;

- В списъкът с документи, съпътстващи доставката липсва калибровъчно свидетелство от акредитирана лаборатория за референтния прибор.

Участникът е приложил доказателства удостоверяващи, че стоката отговаря на посоченото в техническата му спецификация

Участникът е предложил гаранционен срок – 24 месеца. Предложеният срок на доставка е до 60 работни дни.

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

“Енергосервиз” АД, гр. София

Участникът е предложил доставка на оборудване производство на Хах Ланге ГмбХ, Германия.

За позиция № 1 - анализатори за разтворен кислород в свръх чисти води предложението е за доставка на анализатор модел Orbisphere 410 (EC) със сензор A1100.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя, а именно: не е изпълнено следното изискване, заложено в Техническо задание №2014.30.VXP.RX.T3.1243/26.05.2014г.:

- Анализаторът не измерва разхода на пробата с вграден разходомер. Предложението е за монтаж на външен поплавок ротаметър, модел P16S1-VA0;

- Измервателната част (електронния блок) е с размери Ш/В/Д съответно 250/230,5/160мм., което надвишава допустимите максимални размери от 170/220/90мм.

За позиция № 2 -сертифициран референтен прибор за проверка и настройка на анализаторите - предложението е за доставка на анализатор модел Orbisphere 3655/111 със сензор A1100.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя, а именно: Не е изпълнено следното изискване, заложено в Техническо задание №2014.30.VXP.RX.T3.1243/26.05.2014г.:

Анализаторът не измерва разхода на пробата с вграден разходомер. Предложението е за монтаж на външен поплавок ротаметър, модел P16S1-VA0.

Участникът е приложил доказателства удостоверяващи, че стоката отговаря на посоченото в техническата му спецификация

Участникът е предложил гаранционен срок – 24 месеца. Предложеният срок на доставка е до 120 календарни дни.

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

На основание всичко по-горе изложено комисията предлага на Възложителя:

1. На основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП да отстрани участниците:

“Загорски ХМ” ЕООД, гр. Стара Загора

“Интертех Аутомейшън” ООД, гр. София

“Аквахим” АД, гр. София

“Енергосервиз” АД, гр. София,

с мотивите изложени по-горе в протокола.

2. На основание чл.39, ал.1, т.2 от ЗОП да прекрати процедура с предмет: **“Доставка на анализатори за разтворен кислород и референтен прибор за проверка”** с мотива, че всички подадени оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя.

Настоящият доклад е съставен на 13.03.2015 г.

Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на Решение по чл.39, ал.1, т.2 от ЗОП.

Приложения:

1.Списък на постъпили оферти

1 бр.

2.Присъствен лист

1 бр.

Комисия:

Председател:

/ Емил Шербанов /

Членове:

1.....
/ Бисер Мадански /

2.....
/ Детелин Василев /

3.....
/ Лора Лазарова /

4.....
/ Ралица Арсенова /

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Доставка на анализатори за разтворен кислород и референтен прибор за проверка”

Краен срок за подаване на оферти: 23.02.2015 г., 16:00 ч.

Отваряне на оферти: 24.02.2015 г./13:30 ч.

Вх. № ОП - 253/19.02.2015 г., 08:39 ч. “Загорски ХМ” ЕООД, гр. Стара Загора

Вх. № ОП - 272/23.02.2015 г., 09:03 ч. “Интертех Аутомейшън” ООД, гр. София

Вх. № ОП - 281/23.02.2015 г., 13:34 ч. “Аквахим” АД, гр. София

Вх. № ОП - 286/23.02.2015 г., 15:57 ч. “Енергосервиз” АД, гр. София

Предал:

Специалист “ОП”:


/Лора Лазарова/

Приел:

Ръководител сектор “ТИА”


24.02.2015 г.

/Емил Шербанов/



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

" Доставка на анализатори за разтворен кислород и референтен прибор за проверка "

Отваряне на оферти:

24.02.2015 г./13:30 ч.

Фирма: Шибертех - Автоматизация ООД

Представител: Майя Слбова - Томова - г-ра. директор
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Асен Николов Асенков о.ч.с.
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: ЕнергоСервиз АД

Представител: Георги Манчев - Мгр. Директор Енерг.
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Никола Маринов РН "С и Р"
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/