



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

Проект на решение

Решение за публикуване

Номер: ЗОП-Р- *48* от 18/03/2015 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура

Б) за промяна

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 00353 Поделение: _____ Изходящ номер: ЗОП-Р- <i>48</i> от дата 18/03/2015 Коментар на възложителя: <i>ИД - 654959</i></p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес 3321, гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава Република България
За контакти отдел Обществени поръчки, У-ние Търговско	Телефон 0973 76598	
Лице за контакт Лора Лазарова		
Електронна поща lvlazarova@npp.bg	Факс 0973 76007	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org		

Адрес на профила на купувача:

http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders&p2=com_archiv&id=2137

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input type="checkbox"/> Обществени услуги |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | <input type="checkbox"/> Отбрана |
| <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган | <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | <input type="checkbox"/> Околна среда |
| <input type="checkbox"/> Публичноправна организация | <input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност |
| <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | <input type="checkbox"/> Здравеопазване |
| <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____ | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| | <input type="checkbox"/> Социална закрила |
| | <input type="checkbox"/> Отдых, култура и религия |
| | <input type="checkbox"/> Образование |
| | <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____ |

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | <input type="checkbox"/> Пощенски услуги |
| <input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Вода | <input type="checkbox"/> Летищни дейности |

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката

- Строителство
 Доставки
 Услуги

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление)

Доставка на анализатори за разтворен кислород и референтен прибор за проверка

II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)

Доставка на анализатори за разтворен кислород и референтен прибор за проверка, включва доставка на 9 бр. анализатори за разтворен кислород в свръх чисти води и един преносим сертифициран референтен прибор за проверка и настройка на анализаторите. Доставката включва и необходимите консумативи за едногодишен период на експлоатация на анализаторите и преносимия сертифициран референтния прибор за проверка и допълнителен преход за тръба ф10 към ф6 за присъединяване на всеки анализатор. Доставката включва и методика за проверка, калибриране и определяне на неопределеността от калибриране на анализатора, методика за проверка на електрониката на анализатора с еталонни резистори, като се имитират сигнали за

концентрацията на кислород и температурата. По В предмета на поръчката влиза и техническа помощ при монтажа и обучение на персонал на Възложителя (2-ма души, по време на пуско-наладъчните работи).

II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното обявление)

Осн. предмет	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
	38434000	

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП		
Открита процедура	<input type="checkbox"/> Ускорена на договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ускорена ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Състезателен диалог	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>	
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Открита процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input checked="" type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата е открита с решение

Номер: ЗОП-Р-285 от 03/12/2014 дд/мм/гггг

III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)

БД АЕЦ Търговия ОП 28851

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)

<input type="checkbox"/> SIMAP
<input checked="" type="checkbox"/> Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"
Година и номер на документа в РОП: 2014-636246

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)

III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: _____/S- от _____

III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00353-2014-0215(nnnnn-uuuu-xxxx)

III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки: 636246

(Ако в поле III.4.3 е избрано "решение и обявление" се посочва номерът на обявлението в РОП)

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение

Дата: 03/12/2014 дд/мм/гггг

IV: ПРЕКРАТЯВАМ

<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка
<input type="checkbox"/> обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание

Чл. 39, ал. 1, т. ___ от ЗОП

Чл. 39, ал. 2, т. ___, буква ___ от ЗОП

точка: 2

буква: а б в

IV.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция

Всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя.

Отстранявам:

“Загорски ХМ” ЕООД, гр. Стара Загора на основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с мотива, че представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно: Участникът е предложил доставка на оборудване производство на SWAN Analytical Instruments AG, Швейцария. За позиция № 2 – сертифициран референтен прибор за проверка и настройка на анализаторите – предложението е за доставка на анализатор AMI INSPECTOR Oxugen. Не е изпълнено следното изискване, заложено в Техническо задание №2014.30.ВХР.РХ.ТЗ.1243/26.05.2014г.: – В списъкът с документи, съпътстващи доставката липсва калибровъчно свидетелство от акредитирана лаборатория за референтния прибор.

“Интертех Аутомейшън” ООД, гр. София на основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с мотива, че представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно: Участникът е предложил доставка на оборудване производство на Endress+Hauser, Германия. За позиция № 1 – анализатори за разтворен кислород в свръх чисти води предложението е за доставка на модел Liquiline CM442. Не са изпълнени следните изисквания, заложи в Техническо задание №2014.30.ВХР.РХ.ТЗ.1243/26.05.2014г.: – Анализаторът не измерва разхода на пробата с вграден разходомер. Предложението е за монтаж на външен разходомер, модел Flowphant DTT 31.’; – Измервателната част (електронния блок) е с размери Ш/В/Д съответно 237/194/162мм., което надвишава допустимите максимални размери от 170/220/90мм.; – Грешката на измерване от 1,25% от измервателния обхват на електрода надхвърля допустимата грешка от 0,2ppb. За позиция № 2 – сертифициран референтен прибор за проверка и настройка на анализаторите – предложението е за доставка на анализатор модел Liquiline CM442. Не са изпълнени следните изисквания, заложи в Техническо задание №2014.30.ВХР.РХ.ТЗ.1243/26.05.2014г.: – Анализаторът не измерва разхода на пробата с вграден разходомер. Предложението е за монтаж на външен разходомер, модел Flowphant DTT 31.; – Грешката на измерване от 1,25% от измервателния обхват на електрода надхвърля допустимата грешка от 0,2ppb.; – Анализаторът не е предназначен за хранване с акумулаторни батерии. Той се хранва от 24VDC, като доставката не комплектована с адаптер за 220VAC.

Продължава в т. VI)

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на съответната процедура)

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се прекратява процедурата

IV.4) Най-ниска оферирана цена

(посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс на възложителя)

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

Да Не

V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република

България

Телефон

02 9884070

Електронна поща

srcadmin@src.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

www.src.bg

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Продължава от т. IV.2)

"Аквахим" АД, гр. София

Участникът е предложил доставка на оборудване производство на Termo Scientific, САЩ. За позиция № 1 - анализатори за разтворен кислород в свръх чисти води предложението е за доставка на анализатор модел 1816DO. Не са изпълнени следните изисквания, заложи в Техническо задание

№2014.30.ВХР.РХ.ТЗ.1243/26.05.2014г.: - Предлаганият анализатор не притежава вградена автоматична компенсация на атмосферното налягане; - Обхватът на измерване е автоматичен от 0.01ppb до 9999ppb, при изискване той да е свободно избираем от 0ppb до 25ppb и от 0ppb до 100ppb; - Анализаторът е комплектован със сонда модел 181621. Съгласно приложената към офертата каталожна информация обхватът на измерване на сонда 181621 е 0.01÷9.99ppb, което не покрива изисквани от техническото задание обхвати до 100ppb.; - Анализаторът не измерва разхода на пробата с вграден разходомер. Предложението е за монтаж на външен разходомер, модел SQ0500 IFM.; - Измервателната част (електронния блок) е с размери Ш/В/Д съответно 16/26/9см., което надвишава допустимите максимални размери от 17/22/9см. За позиция № 2 - сертифициран референтен прибор за проверка и настройка на анализаторите - предложението е за доставка на анализатор модел 1816DO. Не са изпълнени следните изисквания, заложи в Техническо задание

№2014.30.ВХР.РХ.ТЗ.1243/26.05.2014г.: - Предлаганият анализатор не притежава вградена автоматична компенсация на атмосферното налягане; - Обхватът на измерване е автоматичен от 0.01ppb до 9999ppb, при изискване той да е свободно избираем от 0ppb до 25ppb и от 0ppb до 100ppb; - Анализаторът е комплектован със сонда модел 181621. Съгласно приложената към офертата каталожна информация обхватът на измерване на сонда 181621 е

0.01÷9.99ppb, което не покрива изисквани от техническото задание обхвати до 100ppb.; - Анализаторът не измерва разхода на пробата с вграден разходомер. Предложението е за монтаж на външен разходомер, модел SQ0500 IFM.; - В списъкът с документи, съпътстващи доставката липсва калибровъчно свидетелство от акредитирана лаборатория за референтния прибор.

“Енергосервиз” АД, гр. София на основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с мотива, че представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно: Участникът е предложил доставка на оборудване производство на Хах Ланге ГмбХ, Германия. За позиция № 1 - анализатори за разтворен кислород в свръх чисти води предложението е за доставка на. на анализатор модел Orbisphere 410 (EC) със сензор A1100. Техническото предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя, а именно: не е изпълнено следното изискване, заложено в Техническо задание №2014.30.ВХР.РХ.ТЗ.1243/26.05.2014г.: - Анализаторът не измерва разхода на пробата с вграден разходомер. Предложението е за монтаж на външен поплавков ротаметър, модел P16S1-VA0; - Измервателната част (електронния блок) е с размери Ш/В/Д съответно 250/230,5/160мм., което надвишава допустимите максимални размери от 170/220/90мм. За позиция № 2 -сертифициран референтен прибор за проверка и настройка на анализаторите - предложението е за доставка на анализатор модел Orbisphere 3655/111 със сензор A1100. Техническото предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя, а именно: Не е изпълнено следното изискване, заложено в Техническо задание №2014.30.ВХР.РХ.ТЗ.1243/26.05.2014г.: - Анализаторът не измерва разхода на пробата с вграден разходомер. Предложението е за монтаж на външен поплавков ротаметър, модел P16S1-VA0.

VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 18/03/2015 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

Димитър Костадинов Ангелов

Длъжност:

Изпълнителен Директор

